

Znak: AE/ZP-27-44/15

Tarnów, 2015-07-31

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę wideokolposkopu 1 sztuka oraz aparatu do kriochirurgii 1 sztuka**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.10** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolposkop ze statywem na podstawie jezdnej posiadającej pięć kół blokowanych, zamontowany na kolumnie o regulowanej wysokości ze złączem kulowym do regulacji głowicy kolposkopu?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.11** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor umieszczony na dodatkowym statywie?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wideokolposkopu ze statywem na podstawie jezdnej posiadającej pięć kół blokowanych, kolumnę o regulowanej wysokości do regulacji położenia głowicy wideokolposkopu, pod warunkiem, że głowica wideokolposkopu będzie umieszczona na ramieniu łamanym z minimum jednym przegubem. Zamawiający dopuszcza również głowicę wideokolposkopu mocowaną do ramienia za pomocą złącza kulowego.

Ad.2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora umieszczonego na dodatkowym statywie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a