

AE/ZP-27-44/15

Załącznik nr 7.2

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
aparatu do kriochirurgii 1 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” oraz „parametry techniczne“	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Aparat do kriochirurgii 1 szt. fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku	Aparat wyprodukowany w 2014r.-0 pkt, aparatus wyprodukowany w 2015r.-2 pkt.	
2.	Temperatura pracy minimum -50° C	Warunek min.0 pkt Wartość max 1pkt, pozostałe proporcjonalnie	
3.	Aparatus wyposażony w mobilną obudowę butli przystosowaną do butli o pojemności 10 litrów.	TAK	
4.	Sterownik wyposażony we wskaźnik przepływu przez sondę, wskaźnik ciśnienia pracy (manometr), pokrętko regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę, pedał sterujący.	TAK	
5.	Ciśnienie pracy w zakresie minimum od 3,5 do 5 MPa	TAK	
6.	Możliwość podłączenia i pracy sond do zabiegów ginekologicznych.	TAK	
7.	Sonda natryskowa (wersja ginekologiczna) 1 szt.	TAK	
8.	Sonda kontaktowa do tarczy szyjki macicy ø20mm 1 szt.	TAK	
9.	Sonda kontaktowa stożkowa ø15mm 1 szt.	TAK	
10.	Sonda do endometrium ø6mm 1 szt.	TAK	
11.	Dostarczone przez dostawcę urządzenie ma być kompletne i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	
Pozostałe wymagania			
12.	Dostarczenie urządzenia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

13.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
14.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
15.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
16.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym.	Warunek min.0 pkt Wartość max 2pkt, pozostałe proporcjonalnie	
17.	W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych.	TAK	
18.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty