



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-45/15

Tarnów, 2015-07- 14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę aparatu EKG 3 szt. dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z małych rozmiarów zasilaczem zewnętrznym?
2. Czy Zamawiający dopuszcza aparat do EKG z parametrem: pełna gotowość do wykonywania badań maksimum 20 sekund po włączeniu aparatu?
3. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem do wydruku o szerokości 210 mm?
4. Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu dostawy do 30 dni.
5. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem graficznym 5,7 cala spełniający pozostałe parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
6. **Dotyczy pkt XIV. 14 a) i 14c) Ogólnych Warunków Umowy** - XIV. Ogólne Warunki Umowy pkt 14a) oraz 14c) - na rynku wyrobów medycznych przyjęło się iż, wysokość kary to 0,1 - 0,2 % za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia oraz 10% za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści załącznika nr 5 do SIWZ poprzez usunięcie wymogu wpisania adresów podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca? Czy Wykonawca może załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (ponad 5000 podmiotów), wymienionych tylko z nazw?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG z zasilaczem zewnętrznym. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zasilania sieciowego 230V 50 Hz, akumulatora bezobsługowego z wbudowaną w aparat ładowarką zapewniającą pracę aparatu przy całkowicie wyładowanym akumulatorze.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również aparat EKG o pełnej gotowości do wykonywania badań maksymalnie 20 sekund po włączeniu aparatu.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG z papierem do wydruku o szerokości 210mm.

Ad. 4

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 30 dni.



Ad. 5

Zamawiający dopuszcza również aparat EKG z ekranem graficznym 5,7 cala, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pkt XIV. 14 a) i 14c) Ogólnych Warunków Umowy SIWZ zmianę treści SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający dopuści również, aby Wykonawca dołączył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zawierającą nazwę podmiotu, miejscowość lub kraj.

W związku z odpowiedzią Ad 4, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 20.07.2015r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 20.07.2015 godz. 10:10**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I. III.11, IX.1, X.1, XIV pkt 1 i 3 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

