



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-45/15

Tarnów, 2015-07- 16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę aparatu EKG 3 szt. dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z prędkością zapisu 5/25/50mm/sek. oraz 12,5 mm/sek. do oceny rytmu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza aparat EKG z prędkościami zapisu 5/25/50 mm/sek. oraz 12,5 mm/sek. do oceny rytmu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

