

AE/ZP-27-46/15

Załącznik nr 7.2

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
stołu operacyjnego 1 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” oraz „parametry techniczne“	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Stół i wyposażenie fabrycznie nowe rok prod. 2015	TAK	
2.	Stół 6-cio segmentowy do operacji ogólnochirurgicznych i ginekologicznych z napędem elektro-mechanicznym lub elektro-hydraulicznym. (segmenty: podgłówek, dzielony segment pleców z wypiętrzeniem (2 segmenty), segment lędźwiowy, 2 podnóżki)	TAK	
3.	Zewnętrzne elementy stołu i wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych i płynów fizjologicznych.	TAK	
4.	Zasilanie sieciowe 230V 50Hz oraz akumulatorowe. Akumulatory i zasilacz wbudowane w stół. Możliwość pracy przy zasilaniu sieciowym przy całkowicie rozładowanych akumulatorach.	TAK	
5.	Podstawa stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiającą wsunięcie stóp operatora.	TAK	
6.	Stół mobilny z systemem blokowania kół lub blokowanie przemieszczania stołu np. za pomocą wysuwanych wsporników lub podobnie.	TAK	
7.	Funkcje z napędem elektro-mechanicznym lub elektro-hydraulicznym sterowane z pilota (bezprowadowo lub kabel, długość kabla min. 3000mm) i z panelu na kolumnie, na pilocie i na panelu sterowania na kolumnie wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.	TAK	
8.	Błat stołu przezierny dla promieni RTG na całej długości.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

9.	Płyta oparcia pleców dzielona z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (mechanizm korbowy lub sprężyna gazowa, (lub inny napęd)). Wypiętrzenie minimum 100mm	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie	
10.	Długość blatu minimum: 2000 mm	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
11.	Całkowita szerokość blatu stołu minimum 500 mm (bez bocznych szyn sprzętowych)	TAK	
12.	Regulacja wysokości, napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny, zakres minimum: 750 mm do 1025 mm w poziomym położeniu stołu z materacem	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
13.	Przechył Trendelenburga, napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny, zakres minimum: 30°	TAK	
14.	Przechył anty – Trendelenburga, napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny, zakres minimum: 30°	TAK	
15.	Przechyły boczne, napęd elektro-mechaniczny lub elektro-hydrauliczny, zakres minimum: : 20° (w prawo i w lewo)	TAK	
16.	Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową zakres minimum: od 30° do 70°	TAK	
17.	Regulacja podglówka wspomagana sprężyną gazową zakres minimum: od 45° do 45°	TAK	
18.	Regulacja kąta odchylenia podnóżków wspomagana sprężyną gazową zakres minimum od –90° do +25°	TAK	
19.	Przesuw wzdłużny blatu minimum 300mm	TAK	
20.	Akumulator i zasilacz wbudowany w kolumnę lub podstawę stołu.	TAK	
21.	Materace segmentów blatu bezszwowe, antystatyczne, odemowane, pokrycie odporne na środki dezynfekujące.	TAK	
22.	Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

23.	Wyposażenie minimalne stołu : 1 Ramka ekranu anestezyjologiczna z uchwytem mocującym – 1 szt. 2 Mocowane do stołu ramię do podtrzymywania kabli monitorujących i rur oddechowych - 1 szt. 3 Podpory nóg ginekologiczne z uchwytami mocującymi obrotowymi – 2 szt. 4 Podpora ręki anestezyjologiczna zuchwytem do mocowania – 1 szt. 5 Pasy do mocowania pacjenta – 1 szt. 6 Pasy do mocowania nadgarstków – 2 szt. 7 Podpora ramienia z uchwytem mocującym zabezpieczająca zsuwanie się pacjenta ze stołu przy pozycji Trendelenburga – 2 szt. 8 Stabilizator nogi odcinek dolny z uchwytem mocującym - 2 szt. 9 Podpora boczna pacjenta z uchwytem mocującym - 2 szt. 10 Miska nierdzewna urologiczna – 1 szt. 11 Oprzyrządowanie stołu do zbiegów proktologicznych składające się z: dwóch niezależnych podpór – po jednej do każdej nogi - umożliwiających niezależne ustawienie każdej nogi w pozycji klęczącej oraz wałka umożliwiającego wypiętrzenie bioder – 1 kpl. 12 Stojak na akcesoria - 1 szt. 13 Mata grzewcza na stół , przezierna dla promieniowania RTG, rozmiar 50+/-5cm na 100+/-5cm z czujnikami temperatury rozmieszczonymi równomiernie na macie – 1 szt. 14 Kontroler maty grzewczej z regulacją temperatury w zakresie min.32⁰C do 39⁰C (co 0,5⁰C) z wyświetlaczem z zadaną i aktualną temperaturą, z alarmami wysokiej i niskiej temperatury oraz braku zasilania – 1 szt. 15 Materac żelowy wymiar 110 x 50 x 1,5 cm – 1 szt.	TAK	
24.	Dostarczone przez dostawcę urządzenie ma być kompletne i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Pozostałe wymagania			
25.	Dostawa urządzenia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
26.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
27.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
28.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
29.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na dostarczone urządzenie wraz z wyposażeniem od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym.	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
30.	W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych.	TAK	
31.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty