

.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-47/15

Tarnów, 2015-09- 08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę 4 sztuk kardiomonitorów współpracujących z posiadaną przez Zamawiającego centralą monitorującą firmy Emtel lub 4 sztuki kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą oraz defibrylatora 2 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor modułowy?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością konfigurowania, wyświetlania jednocześnie do 12 krzywych z możliwością wyboru 1 z 6 prekonfigurowanych i zapamiętanych ekranów?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością podglądu w dowolnej chwili 120 minut wstecz zapisu krzywej EKG „full disclosure”, pamięci trendów z okresu 120 godzin dla wszystkich monitorowanych parametrów z rozdzielczością min. 18 sekund dla parametrów mierzonych w sposób ciągły?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością zapisu w pamięci monitora 200 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością analizy odcinka ST z 1 odprowadzenia EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pomiar pulsoksymetrii w technologii redukującej artefakty ruchowe FAST-Philips (zakres tętna 30-300), która współpracuje z technologią Nellcor Oximax oraz Massimo?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, którego zakres pomiaru NIBP wynosi 10-255 mmHg?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt 2** - dot. Punktu 2: Czy Zamawiający uzna warunek minimalny jako spełniony przy ekranie o przekątnej min. 15"?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** Czy Zamawiający dopuści centralę z zabezpieczeniem zasilania w postaci UPS na min. 15-30 minut?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści centralę z pamięcią krzywej EKG z min. 200 godzin oraz trendów wszystkich parametrów z min. 24 godzin dla każdego monitorowanego pacjenta z rozdzielczością min. 18 sekund?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający dopuści centralę, w której wydruki są inicjowane wyłącznie na centrali?
12. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Czy Zamawiający zaakceptuje centralę, w której złącze USB służy jedynie do podłączania zewnętrznych urządzeń?

13. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 - dot. punktu 16:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator z pomiarem częstości serca w zakresie 16-350 ud/min?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 - dot. punktu 42:** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy punkt 42: „odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie kurzu, wody- zabezpieczenie obudowy w klasie min. IP44” dotyczy defibrylatora czy wózka pod defibrylator?
15. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 21-** Czy Zamawiający dopuści defibrylator z termiczną drukarką, wydruk na papierze szerokości 58 mm?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 24 -** Czy Zamawiający dopuści defibrylator z akumulatorem ze zminimalizowanym efektem pamięci?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 28-** Czy Zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 20-200mA?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 39 -** Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zabezpieczeniem ciśnieniowym - ciśnienie maksymalne 260mmHg, tryb pomiaru ręczny i automatyczny w zakresie 2 – 480 min?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 41-** Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wózkiem wyposażonym w półkę oraz koszyk na akcesoria?
20. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 42-** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia obudowy wózka min.44?
21. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 44 -** Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy?
22. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1 pkt -** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor kolorowe LCD o przekątnej 15" ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kardiomonitora modułowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego.

Ad. 2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kardiomonitora z możliwością konfigurowania, wyświetlania jednocześnie na jednym ekranie do 12 krzywych z możliwością wyboru 1 z 6 prekonfigurowanych i zapamiętanych ekranów.

Ad. 3

Zamawiający dopuści również kardiomonitor o parametrze opisanym w pytaniu.

Ad. 4

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kardiomonitora z możliwością zapisu w pamięci monitora 200 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych.

Ad. 5

Zamawiający nie dopuści kardiomonitora z możliwością analizy odcinka STz 1 odprowadzenia EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego.

Ad. 6

Zamawiający dopuści również kardiomonitor posiadający pomiar pulsoksymetrii w technologii redukującej artefakty ruchowe FAST-Philips (zakres tętna 30-300), która współpracuje z technologią Nellcor Oximax oraz Massimo.

Ad. 7

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kardiomonitora, którego zakres pomiaru NIBP wynosi 10-255 mmHg.

Ad. 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający dopuści również centralę z zabezpieczeniem zasilania w postaci UPS na min. 30 minut.

Ad. 10

Zamawiający dopuści również zaoferowanie centrali z pamięcią krzywej EKG z min. 200 godzin oraz trendów wszystkich parametrów z min. 24 godzin dla każdego monitorowanego pacjenta z rozdzielczością min. 18 sekund.

Ad. 11

Zamawiający dopuści również zaoferowanie centrali, w której wydruki są inicjowane wyłącznie na centrali.

Ad. 12

Zamawiający dopuści również centralę, w której złącze USB służy jedynie do podłączania zewnętrznych urządzeń.

Ad. 13

Zamawiający dopuści również defibrylator z pomiarem częstości serca w zakresie 16-350 ud/min.

Ad. 14

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku Nr 7.2 do SIWZ - wykreśla pkt 42 o treści: „Odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie kurzu, wody-zabezpieczenie obudowy w klasie min. IP44”.

W Załączniku Nr 7.2 do SIWZ - dodaje pkt 25A o treści: „Odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie kurzu, wody-zabezpieczenie obudowy w klasie min. IP44”.

Ad. 15

Zamawiający dopuści również zaoferowanie defibrylatora z termiczną drukarką, z wydrukiem na papierze o szerokości 58 mm.

Ad. 16

Zamawiający nie dopuści zaoferowanie defibrylatora z akumulatorem ze zminimalizowanym efektem pamięci.

Ad. 17

Zamawiający dopuści również zaoferowanie defibrylatora z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 20-200mA.

Ad. 18

Zamawiający dopuści również zaoferowanie defibrylatora z zabezpieczeniem ciśnieniowym - ciśnienie maksymalne 260mmHg, tryb pomiaru ręczny i automatyczny w zakresie 2 – 480 min.

Ad. 19

Zamawiający dopuści również zaoferowanie defibrylatora z wózkiem wyposażonym w półkę oraz koszykiem na akcesoria, pod warunkiem, że koszyk na akcesoria znajduje się pod półką.

Ad. 20

Odpowiedź jak w Ad. 14.

Ad. 21

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku Nr 7.2 do SIWZ pkt 44:

zapis o treści: „Dostawa urządzeń w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy”.

zmienia na zapis o treści: „Dostawa urządzeń w terminie do 42 dni od daty podpisania umowy”.

2) W Rozdziale I SIWZ – INFORMACJE OGÓLNE:

zapis o treści – „... -w zakresie Pakietu Nr 2 do 28 dni od daty podpisania umowy, ...”

zmienia na zapis o treści: „... - w zakresie Pakietu Nr 2 do 42 dni od daty podpisania umowy, ...”

3) W Rozdziale XV SIWZ – OGÓLNE WARUNKI UMOWY w pkt 1

zapis o treści: „Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie

- w zakresie Pakietu Nr 2 do 28 dni od daty podpisania umowy, ...”

zmienia na zapis o treści: „Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie

- w zakresie Pakietu Nr 2 do 42 dni od daty podpisania umowy, ...”

4) W Rozdziale XV SIWZ – OGÓLNE WARUNKI UMOWY w pkt 3

zapis o treści: „Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu:

- w zakresie Pakietu Nr 2 do 28 dni od daty podpisania umowy, ...”

zmienia na zapis o treści: „Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu:

- w zakresie Pakietu Nr 2 do 42 dni od daty podpisania umowy, ...”

Ad. 22

Zamawiający nie dopuści kardiomonitorów o przekątnej 15”.

W związku odpowiedzi udzieloną w Ad.14, Ad.20, Ad 21 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 02.10.2015r. godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 02.10.2015r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.11, V, X.1, XI.1, XV.1, XV. 1 i 3, Załącznika Nr 7.2 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7.2 do SIWZ po dokonanych zmianach.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a