

.....

Znak: AE/ZP-27-48/15

Tarnów, 2015-09 -16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę:

- aparatu do znieczulenia - 1 szt.,
- respiratora noworodkowego – 1 szt.,
- urządzenia do wspomagania oddechu dla noworodków – 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 4** – Czy Zamawiający zaakceptuje gniazda w listwie zasilającej zamontowanej przy aparacie do znieczulenia?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 10** – Czy Zamawiający zaakceptuje przepływomierze mechaniczne bez elektronicznej prezentacji przepływów?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 16** – Czy Zamawiający zaakceptuje układ oddechowy o poj. 3,5l?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 16** – Czy Zamawiający zaakceptuje układ oddechowy wystający poza obrys aparatu? Jednocześnie pragniemy podkreślić, że całkowite wymiary (wys. x szer. x gł.) oferowanego rozwiązania wynoszą 1510 x 760 x 670 mm.
5. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 18** – Czy Zamawiający zaakceptuje obejście tlenowe o wydajności ok. 45l/min?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 24 i 25** – Czy Zamawiający zaakceptuje SIMV z wyzwalaniem od -0,5 do -10,0 (x 100 Pa)?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 27** – Czy Zamawiający zaakceptuje PEEP regulowany w zakresie od 4 do 20 cmH2O?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 29** – Czy Zamawiający zaakceptuje regulację częstości oddechów od 4 do 80 odd/min?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 34** – Czy Zamawiający zaakceptuje alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej bez alarmów TV?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 – pkt. 35** – Czy Zamawiający zaakceptuje alarm rozłączenia zamiast alarmu niskiego ciśnienia wdechowego?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 38** – Czy Zamawiający zaakceptuje alarm Apnea realizowany w kardiomonitorze pacjenta?
12. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 43** – Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar częstości oddechów realizowany w kardiomonitorze pacjenta?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 46** – Czy Zamawiający zaakceptuje aparat cyfrowej prezentacji ciśnienia średniego?
14. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 50** – Czy Zamawiający zaakceptuje aparat bez prezentacji oporu dróg oddechowych, ale z ciągłym wyświetlaniem podatności układu?
15. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 52** – Czy Zamawiający zaakceptuje ekran respiratora o przekątnej 8” i rozdzielczości 640x480?
16. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 53** – Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość prezentacji wyłącznie pętli ciśnienie-objętość?

17. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 4** - Czy Zamawiający zaakceptuje 3 gniazda wybudowane w aparat?
18. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 65** - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości podłączenia klawiatury i myszki pod port USB?
19. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 78** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości pomiaru stresu operacyjnego.
20. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 86** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez pomiaru zwiotczenia mięśniowego? Pomiar zwiotczenia będzie realizowany za pomocą zewnętrznego urządzenia.
21. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt. 6** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza?
22. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt. 17** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z przepływem bazowym regulowanym automatycznie w zakresie od 3L/min?
23. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt. 19** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z manualnym przedłużeniem fazy wydechowej do 10 sekund?
24. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt. 20** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wyzwalaniem przepływowym i ciśnieniowym własnego oddechu pacjenta z kompensacją nieszczelności?
25. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt. 21** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym przepływ wdechu oraz wydechu jest regulowany za pomocą czasu wdechu oraz częstości oddechów?
26. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt. 22** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z przepływem wdechowym regulowanym automatycznie w zakresie od 1 do 30L/min?
27. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt. 23** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z przepływem CPAP regulowanym automatycznie w zakresie od 5 do 10L/min?
28. **Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt. 42** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny który w zamian za pomiar przepływu bazowego mierzy szczytowy przepływ wdechowy i wydechowy, średni przepływ w czasie 1 minuty oraz przepływ przecieku?
29. **Dotyczy Załącznik Nr 7.1** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje jednoczesnego pomiaru zwiotczenia mięśniowego NMT, głębokości znieczulenia (BIS lub Entropii) i stresu operacyjnego z wyświetlaniem i obrazowaniem graficznym tych wartości na ekranie monitora funkcji życiowych oraz sterowaniem pomiarów z poziomu kardiomonitora
30. **Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 10** – Czy dla pakietu 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych?
31. **Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 10 i 11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fragmentu zapisu pkt. 10 oraz 11 d) ogólnych warunków umowy z : „[...] Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji” na następujący „[...] Strony ustalają, że jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad przez Zamawiającego, nie usunie usterek lub nie dokona naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz nie wykona czynności wskazanych w pkt. 11,

Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy i przepisów ogólnych.”?

- 32. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 11 ogólnych warunków umowy na następujący: „W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według uznania Wykonawcy, opartego na profesjonalnej wiedzy:”?
- 33. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 11 a)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 11 a) ogólnych warunków umowy na następujący: „żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy o wolny od wad oraz o tożsamy parametrach po 3 naprawach tego elementu lub gdy elementu nie da się naprawić na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”?
- 34. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 11 b)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt.11 b) ogólnych warunków umowy na następujący: „żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność”?
- 35. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 11 c)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu pkt. 11 c) zdania „[...] jeżeli jest to niezbędne do wykonania skutecznej naprawy”?
- 36. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 11 e)** – Wnosimy o usunięcie zapisu pkt. 11 e) ogólnych warunków umowy lub jego modyfikację tak, by powstał zapis w brzmieniu: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego Wady, wówczas jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z Umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.”
- 37. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 11 f)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu pkt. 11 f)?
- 38. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 12** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt 12 ogólnych warunków umowy na następujący:
„W ramach uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują:
a) Wymiana na nowy wolny od wad elementu/podzespołu po 3 naprawach tego elementu/podzespołu
b) Usunięcie wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność
c) W przypadku konieczności demontażu i ponownego montażu całego urządzenia lub wadliwego elementu w celu wykonania skutecznej naprawy koszty ponosi Wykonawca
- 39. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 14 c)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmniejszenie kar umownych wynikających z pkt. 14 c) do 10% wartości umowy brutto?
- 40. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 15** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 15 ogólnych warunków umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”?
- 41. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 17** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 17 ogólnych warunków umowy oraz pkt. III 2 formularza ofertowego na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”.

- 42. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 19** – Wnosimy o wykreślenie zapisu pkt. 19 ogólnych warunków umowy.
- 43. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 21** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, po którym może odstąpić od umowy (pkt. 21 ogólnych warunków umowy) na 21 dni roboczych?
- 44. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy pkt. 25 g)** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 25 g) ogólnych warunków umowy na następujący: „ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”?
- 45. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 18** - Czy Zamawiający zaakceptuje obejście tlenowe o wydajności min. 43l/min?
- 46. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 46** - Czy Zamawiający zaakceptuje aparat bez cyfrowej prezentacji ciśnienia średniego?
- 47. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 4** – Czy Zamawiający zaakceptuje 3 gniazda wbudowane w aparat?
- 48. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 10** – Czy Zamawiający życzy sobie aby przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów poziom stężenia O₂ nie uległ zmianie?
- 49. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 16** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia z ogrzewanym układem oddechowym o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawionym lateksu, pojemność 3,05 L, który tylko częściowo wystaje poza rzut podstawy aparatu?
- 50. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 18** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia z obejściem tlenowym o wydajności 35l/min, która w zupełności wystarczy do skutecznej obsługi pacjenta?
- 51. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 27** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia z zakresem PEEP od 0 do 20 mbar?
- 52. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 28** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia z regulacją stosunku wdechu do wydechu 4:1 do 1: 4?
- 53. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 32** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia z regulacją ciśnienia wdechu przy PCV w zakresie 10-60 mbar z możliwością wentylacji niską objętością oddechową wynoszącą 3ml?
- 54. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 33** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia z regulacją pauzy wdechowej w zakresie 10-50 % z możliwością wentylacji niską objętością oddechową wynoszącą 3 ml?
- 55. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 35** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia z alarmem rozłączenia pacjenta oraz maksymalnego ciśnienia wdechowego?
- 56. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 64** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z automatyczną konfiguracją monitora zależną od używanych modułów pomiarowych oraz możliwością konfigurowania koloru wyświetlania krzywych?
- 57. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 65** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta sterowany przy użyciu ekranu dotykowego oraz przycisków z możliwością rozbudowy o sterowanie przy użyciu bezprzewodowego pilota?
- 58. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 77** – Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania monitor pacjenta wyposażony w wielorazowy, wodoodporny czujnik do pomiaru SpO₂?

- 59. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 78** – Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania monitor pacjenta bez funkcji opisanej w punkcie 78, który będzie dostarczony razem z aparatem do znieczulenia wyposażonym w dodatkowe tryby wentylacji, takie jak PCV z gwarantowaną objętością, tryb hlm do wentylacji przy krążeniu pozaustrojowym oraz funkcję monitorowania niezaintubowanych pacjentów oddychających spontanicznie, gdzie nie występuje przepływ świeżych gazów z respiratora anestetycznego, która wyświetla następujące informacje: CO₂ (wraz z kreśleniem krzywej CO₂ na ekranie aparatu, częstość oddechów z CO₂)?
- 60. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 79** - Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania monitor pacjenta wyposażony w wielorazowe, sterylizowane czujniki do pomiaru temperatury, w których czujniki są jednolitą częścią kabla połączeniowego?
- 61. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 85** - Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z pomiarem ciśnień inwazyjnych (IBP) w zakresie - 50 do 300 mmHg?
- 62. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 86** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy monitor pacjenta z pomiarem zwiotczenia mięśniowego z wyświetlaniem danych na ekranie kardiomonitora oraz zapisem w jego pamięci trendów: TO Fstos, (%) (TOFrat), TOFliczenie (TOFent) ?
- 63. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt. 86** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zewnętrzne do pomiaru zwiotczenia mięśniowego dostarczone razem z niezbędnymi akcesoriami do realizacji pomiaru?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuści gniazd w listwie zasilającej zamontowanej przy aparacie do znieczulenia.

Ad.2.

Zamawiający nie dopuści przepływomierzy mechanicznych bez elektronicznej prezentacji przepływów.

Ad.3.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie układu oddechowego o poj. 3,5l.

Ad.4.

Zamawiający dopuści również układ oddechowy wystający poza obrys aparatu.

Ad.5. Ad. 45

Zamawiający nie dopuści obejścia tlenowego o wydajności ok. 45l/min. Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 18 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania obejścia tlenowego o dużej wydajności min. 45 l/min. Zamawiający dopuści również obejście tlenowe o wydajności min. 43 l/min.

Ad.6.

Zamawiający dopuści również SIMV z wyzwalaniem od -0,5 do -10,0 (x 100 Pa).

Ad.7.

Zamawiający dopuści również PEEP regulowany w zakresie od 4 do 20 cmH₂O.

Ad.8.

Zamawiający dopuści również regulację częstości oddechów od 4 do 80 odd/min.

Ad.9.

Zamawiający dopuści również alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej z regulowanymi programami bez alarmów TV.

Ad.10.

Zamawiający dopuści również alarm rozłączenia zamiast alarmu niskiego ciśnienia wdechowego.

Ad.11.

Zamawiający nie dopuści alarmu Apnea realizowanego w kardiomonitorze pacjenta.

Ad.12.

Zamawiający nie dopuści pomiaru częstości oddechów realizowanego w kardiomonitorze pacjenta.

Ad.13. Ad. 46

Zamawiający nie dopuści aparatu bez cyfrowej prezentacji ciśnienia średniego.

Ad.14.

Zamawiający dopuści również aparat bez prezentacji oporu dróg oddechowych, ale z ciągłym wyświetlaniem podatności układu.

Ad.15.

Zamawiający nie dopuści ekranu respiratora o przekątnej 8" i rozdzielczości 640 x 480.

Ad.16.

Zamawiający dopuści możliwość prezentacji wyłącznie pętli ciśnienie-objętość.

Ad.17. i Ad. 47.

Zamawiający dopuści 3 gniazda elektryczne 230V wbudowane fabrycznie w aparat.

Ad.18.

Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości podłączenia klawiatury i myszki pod port USB, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad.19.

Zamawiający nie określa jak ma być realizowany i gdzie ma być realizowany pomiar stresu operacyjnego, natomiast wymaga posiadanie przez aparat do znieczulenia ogólnego takiej opcji.

Ad.20.

Zamawiający nie dopuści kardiomonitora bez pomiaru zwiotczenia mięśniowego, jak również nie dopuści realizacji pomiaru zwiotczenia mięśniowego za pomocą zewnętrznego urządzenia.

Ad.21.

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie respiratora z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza.

Ad.22.

Zamawiający nie dopuści respiratora z przepływem bazowym regulowanym automatycznie w zakresie od 3L/min.

Ad.23.

Zamawiający nie stawiał wymogu w zakresie czasu manualnego przedłużenia fazy wydechowej. Tym samym Zamawiający dopuści również zaoferowanie respiratora z manualnym przedłużeniem fazy wydechowej do 10 sekund.

Ad.24.

Zamawiający dopuści zaoferowanie respiratora z wyzwalaniem przepływowym i ciśnieniowym własnego oddechu pacjenta z kompensacją nieszczelności.

Ad.25.

Zamawiający dopuści zaoferowanie respiratora, w którym przepływ wdechu oraz wydechu jest regulowany za pomocą czasu wdechu oraz częstości oddechów.

Ad.26.

Zamawiający dopuści respirator z przepływem wdechowym regulowanym automatycznie w zakresie od 1 do 30 l/min.

Ad.27.

Zamawiający nie dopuści respiratora z przepływem CPAP regulowanym automatycznie.

Ad.28.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie respiratora stacjonarnego, który w zamian za pomiar przepływu bazowego mierzy szczytowy przepływ wdechowy i wydechowy, średni przepływ w czasie 1 minuty oraz przepływ przecieku.

Ad.29.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat do znieczulenia z jednoczesnym pomiarem zwiótnienia mięśniowego NMT, głębokości znieczulenia (BIS lub Entropii) i stresu operacyjnego z wyświetlaniem i obrazowaniem graficznym tych wartości na ekranie monitora funkcji życiowych oraz sterowaniem pomiarów z poziomu kardiomonitora.

Ad.30.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Rozdziale XV SIWZ – OGÓLNE WARUNKI UMOWY w pkt 10

zapis o treści: „...w zakresie pakietu Nr 1 - maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność...”,

zmienia na zapis o treści „...w zakresie pakietu Nr 1 - maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność...”

Ad.31. - Ad. 33, Ad. 35 - Ad. 37 i Ad. 39 - Ad. 44

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 34

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV. 11 b) SIWZ – „Ogólne warunki umowy” - z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad. 30.

Ad. 38

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV. 12 SIWZ – „Ogólne warunki umowy” - z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad. 30.

Ad. 48

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również, aby przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów poziom stężenia O₂ nie uległ zmianie.

Ad. 49

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia z ogrzewanym układem oddechowym o prostej budowie, łatwym do wymiany i sterylizacji, pozbawionym lateksu, pojemność 3,05 L, który tylko częściowo wystaje poza rzut podstawy aparatu.

Ad. 50

Zamawiający nie dopuści zaoferowanie aparatu do znieczulenia z obejściem tlenowym o wydajności 35 l/min.

Ad. 51

Zamawiający dopuści również aparat do znieczulenia z zakresem PEEP od 0 do 20 mbar.

Ad. 52

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia z regulacją stosunku wdechu do wydechu 4:1 do 1: 4.

Ad. 53

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia z regulacją ciśnienia wdechu przy PCV w zakresie 10-60 mbar z możliwością wentylacji niską objętością oddechową wynoszącą 3ml.

Ad. 54

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia z regulacją pauzy wdechowej w zakresie 10-50 % z możliwością wentylacji niską objętością oddechową wynoszącą 3 ml.

Ad.55

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia z alarmem rozłączenia pacjenta oraz maksymalnego ciśnienia wdechowego.

Ad. 56

Zamawiający dopuści monitor pacjenta z automatyczną konfiguracją monitora zależną od używanych modułów pomiarowych oraz możliwością konfigurowania koloru wyświetlania krzywych.

Ad. 57

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora pacjenta sterowanego przy użyciu ekranu dotykowego oraz przycisków z możliwością rozbudowy o sterowanie przy użyciu bezprzewodowego pilota.

Ad. 58

Zamawiając dopuści do zaoferowania monitor pacjenta wyposażony w wielorazowy, wodoodporny czujnik do pomiaru SpO₂.

Ad. 59

Zamawiając nie dopuści monitora pacjenta bez funkcji opisanej w punkcie 78 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ, który będzie dostarczony razem z aparatem do znieczulenia wyposażonym w dodatkowe tryby wentylacji, takie jak PCV z gwarantowaną objętością, tryb hlm do wentylacji przy krążeniu pozaustrojowym oraz funkcję monitorowania niezaintubowanych pacjentów oddychających spontanicznie, gdzie nie występuje przepływ świeżych gazów z respiratora anestetycznego, która wyświetla następujące informacje: CO₂ (wraz z kreśleniem krzywej CO₂ na ekranie aparatu, częstość oddechów z CO₂).

Ad. 60

Zamawiając dopuści zaoferowanie monitora pacjenta wyposażonego w wielorazowe, sterylizowane czujniki do pomiaru temperatury, które są jednolitą częścią kabla połączeniowego.

Ad. 61

Zamawiając dopuści zaoferowanie monitora pacjenta z pomiarem ciśnień inwazyjnych (IBP) w zakresie - 50 do 300 mmHg.

Ad. 62

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora pacjenta z pomiarem zwiotczenia mięśniowego z wyświetlaniem danych na ekranie kardiomonitora oraz zapisem w jego pamięć trendów: TOFstos, (%) (TOFrat), TOFliczenie (TOFent)?

Ad. 63

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania urządzenia zewnętrznego do pomiaru zwiotczenia mięśniowego dostarczonego razem z niezbędnymi akcesoriami do realizacji pomiaru.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku Nr 7.2 do SIWZ pkt 19

zapis o treści: „Regulacja czasu wydechu w zakresie od 0,2 sek. do minimum 20 sek.”.

zmienia na zapis o treści: „Regulacja czasu wydechu w zakresie od 0,2 sek. do minimum 2,0 sek.”.

2) W Rozdziale VI SIWZ - KRYTERIA OCENY OFERT – w Pakiecie Nr 2 w pkt. VI.2.2 ppkt e)

zapis o treści:

„e) w ocenianym w pozycji 19 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 3 punkty, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. regulacja czasu wydechu do min. 20 sekund uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt. VI.2.2. dla „t₅”.

zmienia na zapis o treści:

„e) w ocenianym w pozycji 19 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 3 punkty, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. regulacja czasu wydechu do min. 2,0 sekund uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt. VI.2.2. dla „t₅”.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą oraz odpowiedzią udzieloną w Ad.30 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 12.10.2015r. godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 12.10.2015r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, VI.2.2 e), X.1, XI.1, XV.10, Załącznika Nr 7.2 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7.2 do SIWZ po dokonanych zmianach.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a