



.....

Znak: AE/ZP-27-51 /15

Tarnów, 2015-09- 17

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści: Siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin z wycięciem na powróżek nasienny, rozmiar siatki 6,5 x 10 cm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści: Siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin bez wycięcia na powróżek nasienny, rozmiar siatki 4,5 x 10 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zestaw ma generować próżnię na stałym poziomie w trakcie okresu rozprężania się elastycznej, sferycznej komory?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 - 3.** Czy Zamawiający wymaga aby nebulizator posiadał pojemność 8 ml i dren długości 2 m?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 3.** Czy Zamawiający opisując w ten sam sposób przedmiot zamówienia ma na myśli te same klipsy, ale przeznaczone do stosowania z klipsownicami różnych producentów?
6. **Dotyczy SIWZ.** Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku?
7. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 4 ogólnych warunków umowy oraz Rozdział II pkt 1 Formularza Ofertowego na następujący (...) w wypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych lub stawek podatku VAT będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej lub stawki podatku VAT ich cena umowna brutto ulegnie podwyższeniu?
8. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.8 a i b SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z pkt 8 a i b ogólnych warunków umowy do 0,2%?
9. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z pkt 9 ogólnych warunków umowy do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
10. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 10 ogólnych warunków umowy na następujący „Naliczanie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty?”
11. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.17 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w pkt 17 ogólnych warunków umowy następującego zdania „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach klipsów tytanowych V-kształtnych, o prostokątnym przekroju poprzecznym, klipsy posiadające wewnętrzne i zewnętrzne żłobienie, rozmiar średnio/duży – ML, pakowane w zasobniki po 6 szt., z jednoczesnym użyczeniem klipsownic (w przypadku pozytywnej odpowiedzi, uprzejmie prosimy o określenie ilości klipsownic).

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin z wycięciem na powróżek nasienny, rozmiar siatki 6,5 x 10 cm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin bez wycięcia na powróżek nasienny, rozmiar siatki 4,5 x 10 cm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowany w pakiecie nr 3 poz. 1 zestaw generował próżnię na stałym poziomie w trakcie okresu rozprężania się elastycznej, sferycznej komory. Zaoferowany sprzęt ma spełniać wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby nebulizatory zaoferowane w **Pakiecie Nr 5 poz. 1 – 3** miały pojemność 8 ml i dren długości 2 m, zaoferowane nebulizatory winny spełniać wymagania określone w SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 3** ma na myśli klipsy opisane w Formularzu Cenowym, które są równocześnie kompatybilne ze wskazanymi klipsownicami.

Ad. 6 Zamawiający podtrzymuje zapisy w punkcie IV.2.2 SIWZ. Jednocześnie informuje, że spełnienie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni po zapoznaniu się z treścią złożonej oferty na etapie badania i oceny ofert.

Ad. 7 – 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w ogólnych warunkach umowy, (jak również w Formularzu Ofertowym) w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 3** klipsów opisanych w pytaniu

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

