



.....

Znak: AE/ZP-27-53/15

Tarnów, 2015-09- 14

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującą treść:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestawy kontroli wsadu ze wskaźnikami klasy 5 o parametrach 121°C – 15 minut (134°C – 3,5 minuty)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestawy kontroli wsadu ze wskaźnikami klasy 5 o parametrach 121°C – 15 minut i 134°C – 3,5 minuty)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zestaw testowy składający się z 250 wskaźników i przyrządu? Przy ewentualnym zamówieniu dostarczymy Zamawiającemu wymagane 100 sztuk z przyrządem.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści wskaźniki klasy 5 z ruchomą substancją wskaźnikową, z jednym okienkiem podzielonym na wynik pozytywny i negatywny?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści etykiety z możliwością zapisu wymaganych przez Zamawiającego informacji w innym układzie: pierwszy rząd – symbol pakietu, nr sterylizacji, nr operatora, nr cyklu; drugi rząd data sterylizacji; trzeci rząd data ważności pakietu?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści osłonki papierowe z szerokością nacięcia 15 mm (możliwością umieszczenia narzędzia o maksymalnej szerokości 10 mm)?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści osłonki papierowe z szerokością nacięcia 30 mm (możliwością umieszczenia narzędzia o maksymalnej szerokości 25 mm)?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5 - 9.** Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zestaw testowy składający się z 200 wskaźników i przyrządu? Przy ewentualnym zamówieniu dostarczymy Zamawiającemu wymagane 100 sztuk z przyrządem.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów biologicznych niestandardowej wielkości w przypadku bezpłatnego użyczenia inkubatorów na czas trwania umowy? W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o określenie ile inkubatorów Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści osłonki przeznaczone do narzędzi o maksymalnej szerokości 10 mm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści osłonki przeznaczone do narzędzi o maksymalnej szerokości 25 mm?
14. **Dotyczy pkt XIV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy poprzez dopuszczenie wzrostu wartości brutto umowy w przypadku ustawowej podwyżki stawki podatku VAT, przy zachowaniu niezmiennego wartości netto?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru odpowiadającego wymaganiom SIWZ, pakowanego po 250 szt., z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem ilości opakowań, tj. 3 opakowań.

16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru odpowiadającego wymaganiom SIWZ, pakowanego po 144 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 46 opakowań?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny odpowiadającej wymaganiom SIWZ, pakowanej po 200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 5 opakowań?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie naboju gazowych do sterylizacji tlenkiem etylenu do odrębnego Pakietu.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1, 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kontroli wsadu spełniających wymagania SIWZ, odpowiadających klasie 6?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie zintegrowanego testu chemicznego do odrębne pakietu?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 - 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji oraz utworzenie odrębnego Pakietu?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 - 10.** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo foliowe o folii pięciowarstwowej plus warstwa kleju?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** zestawów kontroli wsadu ze wskaźnikami klasy 5 o parametrach 121⁰C – 15 minut (134⁰C – 3,5 minuty).

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** zestawów testowych składających się z 250 wskaźników i przyrządu, pod warunkiem, że przy ewentualnym zamówieniu Zamawiający otrzyma jeden przyrząd na 100 sztuk, a ponadto zaoferowane testy kontroli wsadu typu Helix z rurką PCD i testem klasy 5 od 5 minut spełniają wymagania określone w SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** wskaźników klasy 5 z ruchomą substancją wskaźnikową, z jednym okienkiem podzielonym na wynik pozytywny i negatywny, zgodnie z wymogiem określonym w SIWZ zaoferowany test winien posiadać wyraźnie oznaczone pole bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci osobnego okienka.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** etykiet z możliwością zapisu wymaganych przez Zamawiającego informacji w innym układzie: pierwszy rząd – symbol pakietu, nr sterylizacji, nr operatora, nr cyklu; drugi rząd data sterylizacji; trzeci rząd data ważności pakietu.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** osłonek papierowych z szerokością nacięcia 15 mm (możliwością umieszczenia narzędzia o maksymalnej szerokości 10 mm), pod warunkiem spełnia wymagań określonych w SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** osłonek papierowych z szerokością nacięcia 30 mm (możliwością umieszczenia narzędzia o maksymalnej szerokości 25 mm), pod warunkiem spełnia wymagań określonych w SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na podanie w Formularzu Cenowym cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (bez względu na to co oznacza zapis w pytaniu „dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy” ponieważ wymagał podania w Formularzu Cenowym cen za opakowanie z podaniem wielkości opakowania.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** zestawów testowy składających się z 200 wskaźników i przyrządu, pod warunkiem, że przy ewentualnym zamówieniu Zamawiający otrzyma jeden przyrząd na 100 sztuk, a ponadto zaoferowane testy kontroli wsadu typu Helix z rurką PCD i testem klasy 5 od 5 minut spełniają wymagania określone w SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** ampułkowych biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji parą wodną niestandardowej wielkości, nawet jeżeli zaoferowane testy spełniają pozostałe wymagania SIWZ, a Wykonawca użyć do nich inkubatory kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Dopuszcza natomiast zaoferowanie w poz. 2 ampułkowych biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu niestandardowej wielkości, pod



warunkiem, że spełniają one pozostałe wymagania SIWZ, a Wykonawca dostarczy jeden inkubator kontroli procesu sterylizacji tleniem etylenu na czas posiadania przez Zamawiającego zaoferowanych niestandardowych testów.

Ad. 11 i 18 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 4 poz. 3** do oddzielnego Pakietu.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** osłonek przeznaczonych do narzędzi o maksymalnej szerokości 10 mm.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** osłonek przeznaczonych do narzędzi o maksymalnej szerokości 25 mm.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian w zapisach ogólnych warunków umowy. Zamawiający nie wyklucza zmiany ceny brutto (a tym samym wartości brutto umowy przy zachowaniu wartości netto) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, na warunkach do uzgodnienia w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** papieru odpowiadającego wymaganiom SIWZ pakowanego po 250 szt. ale w ilości 26 opakowań, ponieważ w załączonym do SIWZ Załączniku Nr 1 (Formularz Cenowy) omyłkowo wpisano 650 szt. a winno być 6500 szt.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** papieru ponieważ wymagał w tej pozycji włókniny, dopuszcza natomiast włókninę spełniającą wymagania SIWZ w opakowaniach 144 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 46 opakowań.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** włókniny spełniającej wymagania SIWZ, w opakowaniach 200, szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 5 opakowań.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1 i 2** testów kontroli wsadu spełniających wymagania SIWZ, ale odpowiadających klasie 6.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 poz. 4** do oddzielnego Pakietu.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 1 - 10** i utworzenie odrębnego Pakietu.

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 - 10** rękawów papierowo-foliowych o folii pięciowarstwowej plus warstwa kleju.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie ad 15 Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert z 17.09.2015 godz. 10⁰⁰ na 18.09.2015 r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 17.09.2015 godz. 11⁰⁰ na 18.09.2015 godz. 11⁰⁰.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Cenowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) po zmianach wynikających z odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

