

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Wmagane parametry	Oferowane parametry (opisać)
Pakiet Nr 1 poz. 1 - 10	
Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m ² , o dużej wytrzymałości na wilgoć i rozerwanie, o grubości 50-55 mikronów	
Minimum dwa wskaźniki procesu sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu	
Wskaźniki i napisy umieszczone poza przestrzenią pakowania	
Napisy w języku polskim	
Bezpyłowe oddzielanie folii od papieru	
Zgrzew fabryczny wielosieczkowy- min. 3-kanalowy	
Jednoznacznie określony kierunek otwierania	
Produkt zgodny z normą EN 868 oraz ISO 11607-1 lub równoważne	
Folia minimum 6-warstwowa plus warstwa kleju	
Znak CE umieszczony wewnątrz rolki lub na opakowaniu rolki	
Na rękawach umieszczony numer LOT oraz rozmiar, tj. długość i szerokość	
Przeznaczony do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, nietoksyczny	
Do oferty dołączona próbka min. 30 cm dwóch dowolnych rozmiarów oferowanych rękawów, w przypadku gdy rękawy pochodzą od różnych producentów, po 1 próbce oferowanego rękawa każdego producenta	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 1 poz. 11 - 18	
Duża wytrzymałość na rozerwanie, przebicie	
Odpowiednia porowatość umożliwiającą przenikanie czynnika sterylizującego	
Przeznaczony do sterylizacji parą wodną, nietoksyczny	
Gramatura papieru: min. 57 g/m ² dla jednej warstwy (jednego koloru) i min. 60 g/m ² dla drugiej warstwy (drugiego koloru)	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wmagane parametry	Oferowane parametry (opisać)
Produkt zgodny z normą EN 868 oraz ISO 11607-1 lub równoważne	
Informacja na pudełku w języku polskim na oryginalnej metryczce produktu	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 2 poz. 1 i 2	
Kombinacja celulozowej zielonej włókniny opakowaniowej z syntetyczną (100% polipropylenu) trójwarstwową niebieską włókniną opakowaniową, rozmiar 1000 mm x1000 mm i 900 mm x 900 mm, gwarancja sterylności materiału 180 dni	
Zgodna z normami EN 868-2 i ISO 11607-1 lub równoważne	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające informację, że zaoferowana włóknina umożliwia przechowywanie materiałów sterylnych (z zachowaniem sterylności) min. 180 dni (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 3 poz. 1	
Włóknina sterylizacyjna biodegradowalna, przekładana 2 kolory	
Umożliwiająca przechowywanie materiałów sterylnych, z zachowaniem sterylności min. 180 dni	
Gramatura włókniny minimum 64 g/m ² , rozmiar 900 x 900 mm	
Zgodna z normami EN 868-2 i ISO 11607-1 lub równoważne	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Do oferty załączone materiały informacyjne zawierające informację, że zaoferowana włóknina umożliwia przechowywanie materiałów sterylnych (z zachowaniem sterylności) min. 180 dni (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wmagane parametry	Oferowane parametry (opisać)
Pakiet Nr 3 poz. 2	
Specjalny papier absorpcyjny do sterylizacji - do wykładania tac narzędziowych, o zwiększonych właściwościach pochłaniania wilgoci, zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem i rozerwaniem	
Rozmiar 300 x 400 -500mm	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 4 poz. 1	
Ampułkowy biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną	
Wymagane parametry: sterylizacja w temperaturze 121 ⁰ C i 134 ⁰ C 100% wynik po 24 godzinach inkubacji w temperaturze 55-60 ⁰ C, populacja bakterii Geobacillus stearothermophilus lub równoważne	
Produkowany zgodnie z normami EN 866-7 i ISO 11138 lub równoważne	
Kompatybilne z inkubatorem SPS Medical-Rush -My	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 4 poz. 2	
Fiolkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu	
Odpowiadający normie EN 866-8 i ISO 11138 lub równoważne, populacja bakterii Bacillus Atrophaeus lub równoważne, temperatura inkubacji 37 ⁰ C ± 2 ⁰ C, odczyt po 48 godzinach	
Kompatybilny z inkubatorem firmy 3M	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 4 poz. 3	
Naboje gazowe do sterylizacji tlenkiem etylenu w sterylizatorze STERIMED 1, typ naboju GS-2 lub równoważny	
Minimalny ciężar brutto 126 g.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wmagane parametry	Oferowane parametry (opisać)
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 5 poz. 1	
Wskaźnik procesu - taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parą wodną	
Szerokość rolki 12 - 20 mm, wielkość rolki 48- 55 mb	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 5 poz. 2	
Wskaźnik procesu - taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu	
Szerokość rolki 18 - 20 mm, wielkość rolki 48- 55 mb	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 5 poz. 3	
Taśma neutralna, bez wskaźnika, do zamykania pakietów	
Szerokość 19-25 mm, wielkość rolki 48-55 mb	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 5 poz. 4	
Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie- Dicka	
134°C - 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego,	
Zgodny z ISO 11140-4 lub równoważne, odpowiadający klasie 2	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wmagane parametry	Oferowane parametry (opisać)
Pakiet Nr 6 poz. 1	
Test kontroli wsadu typu Helix z rurką PCD niezabudowaną w przyrząd i testem klasy 5, o czasie działania od 7 minut	
Na każde max. 400 testów rurka	
Testy samoprzylepne	
Kontrola procesów sterylizacji parowej wg ISO 11140-1 lub równoważne, klasa 5	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 6 poz. 2	
Test kontroli wsadu typu Helix z rurką PCD niezabudowana w przyrząd i testem klasy 5, o czasie działania od 5 minut	
Na 100 testów rurka	
Testy samoprzylepne	
Kontrola procesów sterylizacji parowej wg ISO 11140-1 lub równoważne, klasa 5	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 6 poz. 3	
Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parą wodną	
odpowiadający klasie 4, według ISO 11140-1 lub równoważne	
Wymagania eksploatacyjne: zmiana wskaźnika musi być widoczna gołym okiem, np. z jednego koloru na inny wyraźnie odróżniający się	
Wskaźnik nie może po sterylizacji zmieniać koloru przez okres co najmniej 6 miesięcy, niefoliowany	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 6 poz. 4	
Zintegrowany test chemiczny z ruchomą substancją wskaźnikową	
Wskaźnik klasy V, zgodny z normami PN EN 867 i ISO 11140 lub równoważnymi	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wmagane parametry	Oferowane parametry (opisać)
Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci osobnego okienka	
Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci osobnego okienka	
Nietoksyczny, dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych sterylizacji	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 7 poz. 1	
Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu	
Odpowiadający klasie 4, ISO 11140-1 lub EN 15882 lub równoważnej	
Wymagania eksploatacyjne: zmiana wskaźnika musi być widoczna gołym okiem, np. z jednego koloru na inny wyraźnie odróżniający się	
Wskaźnik nie może po sterylizacji zmieniać koloru przez okres co najmniej 6 miesięcy	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 7 poz. 2	
Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji tlenkiem etylenu	
Test dwufazowy. Jeden wskaźnik sprawdzający zajście procesu drugi mający na celu monitorowanie wszystkich krytycznych parametrów sterylizacji	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 8 poz. 1	
Podwójnie przyklepne etykiety bez wskaźnika procesu sterylizacji, z sześcioma miejscami informacyjnymi	
Zapis na etykietach w języku polskim, nadruk poprzeczny w kierunku rozwijania taśmy	
Etykiety kompatybilne z trzyrzędowymi metkownicami Blitz i Labeller	
Zapis na metkach w układzie: pierwszy rząd - data procesu i numer sterylizatora, drugi rząd - data ważności i numer cyklu, trzeci rząd - numer operatora i kod procesu.	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wmagane parametry	Oferowane parametry (opisać)
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 8 poz. 2	
Walek tuszujący z podajnikiem do trzyczęgowych metkownic Blitz i Labeller	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 9 poz. 1	
Jednorazowe ekologiczne papierowe osłonki na ostre końcówki narzędzi, nie utrudniające penetracji pary podczas procesu sterylizacji, zabezpieczające opakowanie przed przebicciem, bezpieczne przy zdejmowaniu	
Szerokość nacięcia 15 mm	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Pakiet Nr 9 poz. 2	
Jednorazowe ekologiczne papierowe osłonki na ostre końcówki narzędzi, nie utrudniające penetracji pary podczas procesu sterylizacji, zabezpieczające opakowanie przed przebicciem, bezpieczne przy zdejmowaniu	
Szerokość nacięcia 30 mm	
Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia (podać stronę oferty)	
Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty