



.....

Znak: AE/ZP-27-55/15

Tarnów, 2015-09- 17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy śrub tytanowych do barku oraz kotwic - implantów do rekonstrukcji obróbka barkowego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Jaką tolerancję wymiarów dopuszcza Zamawiający w poz. 1? Czy może to być tak jak w pozycji 2, tolerancja 10%?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 1 śrub tytanowych o średnicy i długości z tolerancją do 10% w stosunku do wymiarów podanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a