

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
urządzenia do automatycznego masażu serca - 2 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Okres gwarancji“	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowa- nych parametrów, opisać
1.	Urządzenie do automatycznego masażu serca fabrycznie nowe wyprodukowane w 2015r 2 szt.	Tak	
2.	Waga urządzenia gotowego do pracy maksimum 10 kg	Tak	
3.	Cykl pracy 50% kompresja , 50 % dekompresja	Tak	
4.	Gwarantowana skuteczność masażu serca dla pacjentów o wysokości mostka minimum od 17cm do 30 cm	Tak	
5.	Gwarantowana skuteczność masażu serca dla pacjentów o szerokości klatki piersiowej do 45cm.	Tak	
6.	Częstość kompresji minimum 100 uciśnień na minutę	Tak	
7.	Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki	Tak	
8.	Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej (bez ograniczeń czasowych) kompresji przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej lub z instalacji elektrycznej karetki. W trakcie transportu pacjenta wykonywanie ciągłej, nieprzerwanej kompresji minimum 45 minut (zasilanie akumulatorowe).	Tak	
9.	Możliwość wykonania defibrylacji oraz prowadzenia zabiegu koronarografii lub koronaroplastyki bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta.	Tak	
10.	Wymagane źródła zasilania: -wbudowany akumulator (czas pracy z akumulatora minimum 45 minut) -możliwość zasilania w karetkce 12V DC -zasilanie 230 V AC	Tak	
Wypożyczenie dla każdego urządzenia			
11.	Torba lub plecak do przenoszenia urządzenia	Tak	
12.	Deska pod plecy stanowiąca integralną część urządzenia przezierna dla promieniowania RTG dla jednego urządzenia, dla drugiego nieprzezierna.	Tak	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

13.	Podkładka stabilizująca pod głowę	Tak	
14.	Pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia 1 komplet	Tak	
15.	Akumulator wbudowany w urządzenie	Tak	
16.	Ssawka do relaksacji minimum 5 szt.	Tak	
17.	Ładowarka do akumulatora wbudowana w urządzenie	Tak	
18.	Kable do zasilania stacjonarnego i z karetki minimum 1 komplet dla każdego urządzenia	Tak	
19.	Dostarczone i uruchomione przez dostawcę urządzenia mają być kompletne i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.	Tak	
Pozostałe wymagania			
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczonych urządzeń wraz z ich dostawą.	Tak	
21.	Dostawa urządzeń w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	Tak	
22.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcia (fotografię).	Tak	
23.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń w dniu protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	Tak	
24.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na dostarczone urządzenia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym	Warunek min 0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
25.	W okresie gwarancji wszystkie wymagane przeglądy wliczone w cenę oferty	Tak	
26.	W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych.	Tak	
27.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	Tak	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty