

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 4 - Introduktor do tętnicy udowej oraz zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej	
Pozycja 1 i 2 - Introduktor do tętnicy udowej	
1. w zestawie co najmniej - introduktor z zastawką hemostatyczną i łącznikiem bocznym zakończonym kranikiem trójdrożnym, rozszerzacz naczyniowy; w wersji długiej wymagany obturator	
2. długości w zakresie 10 - 25 cm (wersje krótkie i długie; wersja długa równa lub powyżej 20 cm); w wersji krótkiej co najmniej: 5F, 6F, 7F; w wersji długiej co najmniej 6F, 7F, 8F. Podać zaoferowane średnice i długości introduktora oraz informację o posiadaniu obturatora w wersji długiej.	
3. pokrycie umożliwiające łatwe, atraumatyczne wprowadzanie do tętnic w trudnych warunkach (krwiaki, zrosty)	
4. elastyczność, odporność na zgięcia co najmniej do 45 stopni (bez załamывania światła)	
5. łatwo zdejmowalna nasadka zastawki hemostatycznej (w razie konieczności pilnego demontażu)	
6. ucho z otworem do założenia szwu chirurgicznego	
Pozycja 3 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej	
1. w zestawie co najmniej: igła do nakłucia tętnicy promieniowej - co najmniej jeden rozmiar spośród: 20G, 21G, 22G introduktor w rozmiarze 5F i 6F oraz o długości równej lub powyżej 10 cm, z zastawką hemostatyczną i łącznikiem bocznym zakończonym kranikiem trójdrożnym, ostrościęty rozszerzacz naczyniowy, przewodnik o średnicy równej lub poniżej 0,025 cala	
Pakiet Nr 36 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym zmniejszający embolizację w ostrych zespołach wieńcowych lub przy zabiegach w żylnych pomostach aortalno - wieńcowych	
1. materiał - kobalt-chrom; system monorail rapid exchange (RX); podać zaoferowaną długość roboczą w cm	
2. podać zaoferowane długości i średnice w mm	
3. system odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014 cala	
4. podać wartość ciśnienia nominalnego i ciśnienia RBP dla średnicy 3,0 mm (podać wartość w barach i wartość przyrostu średnicy przy RBP w mm)	
5. dołączyć kopię oryginalnej tabeli podatności dla wszystkich zaoferowanych rozmiarów stentów (compliance chart)	
6. podać wartość profilu przejścia dla średnicy 3,0 mm (w calach)	
7. podać grubość strut dla średnicy 3,0 mm (w mikrometrach)	
8. protekcja przed embolizacją - siateczka rozpięta na stencie (podać nazwę materiału)	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty