

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
poz. 1 - Zestawy do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu PFO	
1. W zestawie: implant z mechanizmem wprowadzającym do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu PFO , przewodnik zabiegowy, koszulka przezprzegrodowa	
2. Implant zbudowany z siatki nitynolowej	
3. Zakres rozmiarów nominalnych implantów do PFO (dysków lewoprzedsiennkowego i prawoprzedsiennkowego); 16/18 mm lub 18/18 mm, 23/25 mm lub 18/25 mm, 27/30 mm lub 30/30 mm, 31/35 mm lub 25/35 mm	
5. Implant o średnicy 16/18 mm możliwy do implatacji przez koszulkę 7F	
6. Implanty o średnicach: 18/18 mm, 18/25 mm, 30/30 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 8F	
7. Implanty o średnicach: 23/25 mm, 27/30 mm, 25/35 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 9F	
8. Implanty o średnicy 31/35 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 11F	
9. Układ mocujący implant do mechanizmu wprowadzającego pozwalający na odchylenie implantu w stosunku do mechanizmu wprowadzającego o min. 45° lub systemem wprowadzający oparty na systemie zakręcany, z giętką częścią dystalną kabla doprowadzającego, umożliwiającą odchylenia we wszystkich płaszczyznach	
10. Możliwość reimplantacji - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków implantu, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia do struktury serca bez konieczności usuwania systemu z serca	
11. Koszulki przezprzegrodowe odpowiednie do implantacji zaoferowanych implantów do PFO, o dystalnej krzywiźnie 45° (podać rozmiary zaoferowanych koszulek)	
12. Przewodnik typu Amplatz Stiff o: średnicy 0,035", długości 260 cm, z końcówką J	
13. Do oferty należy załączyć publikacje w uznanych czasopismach kardiologicznych dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania zaoferowanych okluderów	
poz. 2 - Zestawy do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu mnogich ASD	
1. W zestawie: implant z mechanizmem wprowadzającym do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu mnogich ASD , przewodnik zabiegowy, koszulka przezprzegrodowa	
2. Implant zbudowany z siatki nitynolowej	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
3. Zakres nominalnych rozmiarów implantów do mnogich ASD (dysków lewoprzedzionkowego i prawoprzedzionkowego); 17/17 mm lub 18/18 mm, 24/24 mm lub 25/25 mm, 28.5/28.5 mm lub 30/30 mm, 33/33 mm lub 35/35 mm	
4. Implant o średnicy: 17/17 mm możliwy do implatacji przez koszulkę 7F	
5. Implanty o średnicach: 18/18 mm, 25/25 mm, 30/30 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 8F	
6. Implanty o średnicach: 24/24 mm, 28,5/28,5 mm, 35/35 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 9F	
7. Implant o średnicy 33/33 mm możliwy do implatacji przez koszulkę 11F	
8. Układ mocujący implant do mechanizmu wprowadzającego pozwalający na odchylenie implantu w stosunku do mechanizmu wprowadzającego o min. 45° lub systemem wprowadzający oparty na systemie zakręcany, z giętką częścią dystalną kabla doprowadzającego, umożliwiającą odchylenia we wszystkich płaszczyznach	
9. Możliwość reimplantacji - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków implantu, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia do struktury serca bez konieczności usuwania systemu z serca	
10. Koszulki przezprzegrodowe odpowiednie do implantacji zaoferowanych implantów do mnogich ASD, o dystalnej krzywiznie 45° (podać rozmiary zaoferowanych koszulek)	
11. Prowadnik typu Amplatz Stiff o: średnicy 0,035", długości 260 cm, z końcówką J	
12. Do oferty należy załączyć publikacje w uznanych czasopismach kardiologicznych dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania zaoferowanych okluderów	

poz. 3 - Zestawy do do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu ASD II

1. W zestawie: implant z mechanizmem wprowadzającym do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu ASD II , prowadnik zabiegowy, koszulka przezprzegrodowa	
2. Implant zbudowany z siatki nitynolowej	
3. Zakres rozmiarów nominalnych implantów do ASD II o średnicy talii implantu od minimum 6 mm do 40 mm rosnących co 3 mm lub mniej (np. co 2 mm)	
4. Implanty o średnicach: od 6 do 11 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 6F lub 7F	
5. Implanty o średnicach: od 12 do 17 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 7F lub 9 F	
6. Implanty o średnicach: od 18 do 20 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 8F lub 9 F	
7. Implanty o średnicach: od 21 do 24 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 9F lub 11 F	
8. Implanty o średnicach: od 26 do 30 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 10 F lub 12 F	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
9. Implanty o średnicach: od 32 do 40 mm możliwe do implantacji przez koszulkę 12 F	
10. Układ mocujący implant do mechanizmu wprowadzającego pozwalający na odchylenie implantu w stosunku do mechanizmu wprowadzającego o min. 45° lub systemem wprowadzający oparty na systemie zakręcanym, z giętką częścią dystalną kabla doprowadzającego, umożliwiającą odchylenia we wszystkich płaszczyznach	
11. Możliwość reimplantacji - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków implantu, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia do struktury serca bez konieczności usuwania systemu z serca	
12. Koszulki przezprzegrodowe odpowiednie do implantacji zaoferowanych implantów do ASD II, o dystalnej krzywiznie 45° (podać rozmiary zaoferowanych koszulek)	
13. Prowadnik typu Amplatz Stiff o: średnicy 0,035", długości 260 cm, z końcówką J	
14. Do oferty należy załączyć publikacje w uznanych czasopismach kardiologicznych dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania zaoferowanych okluderów	
poz. 4 - Balony do pomiaru wielkości ubytku	
1. Balony do pomiaru wielkości ubytku; wymagane rozmiary balonów (średnica x długość): 25-27 mmx45mm i 35-40x50-55 mm	
2. Balony z możliwością założenia prze koszulkę 7F lub 8F	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty