



Znak: AE/ZP-27-65/15

Tarnów, 2015-10- 16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3 i 4.** Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z gumką zakładaną na tył głowy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze CH 12 – 24, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zatyczkę do cewników uniwersalną, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o nawilżaniu 2704 mg H₂O/L przy VT=500 ml, jednomembranowy, samo domykający się port tlenowy, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr mechaniczny hydrofobowy, z hydrofobowym medium, wkładem harmonijkowym z portem kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej/wirusowej 99,9999%, objętość 54 ml, waga 38 g, zalecanym czasem stosowania do 24 godzin, sterylizowany tleniem etylenu, opakowanie blister pack?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr antybakteryjny elektrostatyczny dla dorosłych, skuteczność filtracji 99,999%, waga 23g, sterylizowany?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek w rozmiarze 2,5x4,0 mm oraz 3,0 x 4,7 mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje maski z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni w postaci uźebrowania, z luźnym niewbudowanym drenem?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby zestaw był wyposażony w 2 zastawki antyzwrotne, jedną w worku, jedna w łączniku do cewnika foley?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy worek ma posiadać dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw ma być wyposażony w minimum 3 niezależne sposoby podwieszania?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy o powierzchni 545 cm², z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, skuteczność nawilżania 29,2 mg H₂O przy Vt500ml, utrata wilgotności 8,4 mg H₂O przy Vt500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, opór przepływu 0,25 cm H₂O przy 30 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt > 50 ml, waga 6,3 g.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H₂O przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H₂O przy VT=500ml, medium filtracyjne

hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm², objętość oddechowa Vt300-1200 ml, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, sterylizowany EO, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu 2,0 cm H₂O przy 60 l/min(1,1 cm H₂O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm², nawilżaniu 31,1 mg H₂O przy VT=500 ml, skuteczność termiczna 33,8 stopni C przy VT 500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H₂O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, o powierzchni 630 cm², objętość oddechowa Vt300-1200 ml, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,999 %, waga 22 g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 3ml.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 5-10ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
18. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być sterylizowane metodą radiacyjną?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zatyczki uniwersalnej o budowie schodkowej z ergonomicznym uchwytem, sterylnej.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 3 i 4** również masek do podawania tlenu z gumką zakładaną na tył głowy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** również cewników Foleya w rozmiarach: 12 Ch, 14 Ch, 16 Ch, 18 Ch, 20 Ch, 22 CH, 24 Ch, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** również zatyczkę uniwersalną do cewników, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** opisanych w pytaniu wymienników ciepła i wilgoci.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** opisanych w pytaniu filtrów mechanicznych.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** opisanych w pytaniu filtrów antybakteryjnych.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** również rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5x4,0 mm oraz 3,0 x 4,7 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** maski krtaniowe miały zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni w postaci uźebrowania, z luźnym niewbudowanym drenem.



Ad. 9 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** zestawy były wyposażone w 2 zastawki antyzwrotne, jedną w worku, jedna w łączniku do cewnika foley

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** worki posiadały dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** zestawy były wyposażone w minimum 3 niezależne sposoby podwieszania.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** opisanych w pytaniu wymienników ciepła i wilgoci.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** opisanych w pytaniu filtrów mechanicznych.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** opisanych w pytaniu filtrów mechanicznych.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** opisanych w pytaniu filtrów antybakteryjnych.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** również cewników Foleya z balonem 3 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** również cewników Foleya z balonem 5-10 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** cewniki Pezzer były sterylizowane metodą radiacyjną.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** zatyczki uniwersalnej o budowie schodkowej z ergonomicznym uchwytem, sterylnej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

