

Parametry przedmiotu zamówienia w pozycji 1
Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe ICD VR

L.p.	Parametry wymagane	Wymagane	Parametry oferowane. Padać wartość, zakres oferowanych
1.	rok produkcji 2015	wymagane	
2.	dotętność sterydowych elektrod defibrylacyjnych jedno i dwukoilowych z konektorami DF1 i DF4	wymagane	
3.	Ważność sterylizacji min 12 mies.	wymagane	
4.	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g	wymagane	
5.	Energia dostarczana ≥ 35 J	wymagane	
6.	Impuls dwufazowy, regulowany napięciem lub energią	wymagane	
7.	Możliwość implantacji z elektrodą dwukoilową (3 wejście)	wymagane	
8.	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne	wymagane	
9.	EGM ≥ 17 mV	wymagane	
10.	Dyskryminator morfologii QRS, nagłego początku i stabilności	wymagane	
11.	Gniazda do elektrod DF1 i DF4	wymagane	
12.	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem	wymagane	
13.	Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)	wymagane	
14.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów	wymagane	
15.	Wraz z dostawą instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	
16.	Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia	wymagane	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty