



Znak: AE/ZP-27-67/15

Tarnów, 2015-10- 22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 180- 210 dni, pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3 i 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz. 3 i 5 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonana ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego igła kosmetyczna, pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3 i 5** - Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 4 pozycje 3 i 5?
4. **Dotyczy Pakietu Nr1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający oczekuje aby szwy posiadały oryginalne nadrukowane kody kreskowe na każdej szaszetce jak dotychczas dostarczane do państwa placówki?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o krzywiznie 3/8c, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
7. **Dotyczy Pakietu 4 poz. 3, 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły najnowszej generacji typu ENOWA wykonana ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego igła kosmetyczna, pozostałe parametry bez zmian, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
8. **Dotyczy Pakietu 5 poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej ze standardowym ostrzem? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwraca się z prośbą o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 250cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwraca się z prośbą o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej ze standardowym ostrzem? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwraca się z prośbą o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu.
11. **Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 6 x 100mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w **Pakiecie Nr 7** wyraża zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.**

Ad. 2

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 3 i 5** dopuszcza również igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 bez opisu katalogowego igła kosmetyczna, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie pozycji nr **3 i 5 z Pakietu Nr 4**.

Ad. 4

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1** dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. **W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania oraz dopisania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu, a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania tylko w nazwie pakietu.**

Ad. 5

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1** dopuszcza ale nie wymaga aby szwy posiadały oryginalne nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce.

Ad.6

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** dopuszcza również szew z igłą o krzywiźnie 3/8c, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.7

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 3 i 5** dopuszcza również igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego igła kosmetyczna, pozostałe parametry bez zmian.

Ad.8

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** dopuszcza również zaoferowanie igły okrągłej ze standardowym ostrzem, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.9

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 4** wyraża zgodę na zaoferowanie nici o długości 250 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.10

Zamawiający w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** dopuszcza również zaoferowanie igły okrągłej ze standardowym ostrzem, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 11

Zamawiający w **Pakiecie Nr 7 poz. 1-2** dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.**

Ad. 12

Zamawiający w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** dopuszcza również plastry w rozmiarze 6 x 100mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a