



Znak: AE/ZP-27-68/15

Tarnów, 2015-10- 30

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę wideokolposkopu 1 sztuka oraz defibrylatora 2 sztuki dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1 pkt 10** – Czy Zamawiający dopuści wideokolposkop z głowicą umieszczoną na maszcie, z ruchomą wysokością, wspartym na podstawie wyposażonej w 5 kółek?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 7.1 pkt 11** - Czy Zamawiający dopuści wideokolposkop z monitorem umieszczonym na odrębnym statywie wyposażonym w kółka?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 17** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością regulacji ręcznej wzmocnienia w zakresie od 0,25 do 4cm/mV?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 25** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z metronomem reanimacyjnym bez możliwości ustawienia częstości uciśnień?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 26** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z codziennym autotestem bez konieczności włączenia defibrylatora pracujący w trybie sieciowym i akumulatorowym

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuści wideokolposkopu z głowicą umieszczoną na maszcie z ruchomą wysokością wspartym na podstawie wyposażonej w 5 kółek.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuści wideokolposkopu z monitorem umieszczonym na odrębnym statywie wyposażonym w kółka.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuści defibrylatora wyłącznie z regulacją ręczną wzmocnienia sygnału EKG. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga regulacji wzmocnienia sygnału EKG ręcznej i automatycznej.

Ad. 4

Zamawiający dopuści również defibrylator z metronomem reanimacyjnym bez możliwości ustawienia częstości uciśnień.

Ad. 5

Zamawiający dopuści również defibrylator z codziennym autotestem bez konieczności włączenia defibrylatora, pracujący w trybie sieciowym i akumulatorowym.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a