



.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-68/15

Tarnów, 2015-11-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy wideokolposkopu 1 sztuka oraz defibrylatora 2 sztuki dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 5** – Czy Zamawiający dopuści defibrylator o zakresie energii 1-200J?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 25** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez wbudowanego metronomu z ustawieniami rytmu uciśnięć pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, zarówno dorosłych i dzieci?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2** – Czy Zamawiający będzie wymagał technologii pomiaru SpO2 redukującej artefakty ruchowe oraz zapewniającej wysoką rzetelność pomiarów przy niskiej perfuzji, typu: Nellcor bądź FAST PHILIPS?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 17** – Zwracamy się, z prośbą o doprecyzowanie parametru nr 17, dotyczącego wzmocnień EKG. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał przynajmniej 7 poziomów wzmocnienia EKG w standardowym zakresie od 0,25 do 4cm/Mv?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 25** - Zwracamy się, z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje by metronom reanimacyjny był w trybie AED oraz w trybie manualnym?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 5** – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z zakresem wyboru energii od 1 do 200J, spełniający aktualne wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 4** – Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator marki ZOLL bez wskaźnika jakości kontaktu ze skórą pacjenta na łyżkach defibrylujących lub ekranie defibrylatora?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 16** – Czy Zamawiający dopuści defibrylator z pomiarem częstości pracy w zakresie 30 – 300 ud/min (dokładność + - 3 ud/min)?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 7.2 pkt 38** – Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy z 28 do 45 dni od daty podpisania umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuści defibrylator o maksymalnej energii defibrylacji do 200J.

Ad.2.

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora bez metronomu reanimacyjnego.

Ad.3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza defibrylator posiadający przynajmniej 7 poziomów ustawień wzmocnienia sygnału EKG w standardowym zakresie 0,25 do 4cm/mV.

Ad. 5

Zamawiający wymaga aby defibrylator był wyposażony w metronom reanimacyjny. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby metronom był aktywny zarówno w trybie AED jak i w trybie manualnym.

Ad.6

Zamawiający nie dopuści defibrylatora o maksymalnej energii defibrylacji do 200J.

Ad.7

Zamawiający nie dopuści defibrylatora bez wskaźnika jakości kontaktu ze skórą pacjenta na łóżkach lub ekranie defibrylatora.

Ad.8

Zamawiający dopuści defibrylator z pomiarem częstości pracy serca w zakresie 30-300 ud/min.

Ad.9

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy z 28 dni do 45 dni od daty podpisania umowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

