

AE/ZP-27-68/15

Załącznik nr 7.1

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
wideokolposkopu 1 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” oraz „parametry techniczne“	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Wideokolposkop fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014r. 1 szt.	Aparat wyprodukowany w 2014r.-0 pkt, aparat wyprodukowany w 2015r.-2 pkt.	
2.	Głowica wideokolposkopu z kamerą CCD o rozdzielczości minimum 720x576 pikseli	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
3.	Źródło światła diody LED	TAK	
4.	Powiększenie optyczne w zakresie: najmniejsze minimum 5x, największe minimum 20x z płynną regulacją powiększenia	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
5.	Zmienna ogniskowa w zakresie minimum 300mm	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
6.	Filtr bezczerwienności (zielony)	TAK	
7.	Redukcja odbłasków	TAK	
8.	Możliwość szacowania wielkości obiektów obserwowanych przez kolposkop (skala)	TAK	
9.	Stopklatka umożliwiająca zatrzymanie i prezentację obrazu	TAK	
10.	Statyw na podstawie jezdnej (minimum 4 koła), blokowane minimum 2 koła. Ramię do mocowania głowicy łamane z minimum jednym przegubem. Uchwyt głowicy zapewniający ruchomość w dwóch płaszczyznach.	TAK	
11.	Monitor umieszczony na tym samym statywie co głowica wideokolposkopu, bezpośrednio na statywie lub na dodatkowym ramieniu.	TAK	
12.	Monitor LCD minimum 17 cali	TAK	
13.	Przycisk nożny do zatrzymywania obrazów	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

14.	Program do rejestracji wykonanych badań z możliwością generowania i drukowania raportu.	TAK	
15.	Komputer do rejestracji badań o następujących parametrach (minimalne wymagania): procesor minimum dwurdzeniowy, pamięć operacyjna minimum 4 GB RAM (nie współdzielone z kartą graficzną), karta graficzna z pamięcią minimum 128 MB, karta sieciowa minimum 100 Mb/s, system operacyjny – minimum Microsoft Windows7 Pro lub nowszy z możliwością downgrade lub równoważne pod względem wydajności i funkcjonalności (system musi być kompatybilny z oprogramowaniem używanym u Zamawiającego - system szpitala Infomedica oraz AMMS firmy Asseco), pojemność dysku twardego minimum 1 TB	TAK	
16.	Drukarka laserowa kolorowa do drukowania tekstu i grafiki, minimalne parametry: format papieru minimum A4, rozdzielczość druku w kolorze minimum 1200x1200dpi, złącza 1xRJ45, 1xUSB, gramatura papieru minimum w granicach od 90	TAK	
17.	Komplet okablowania do połączenia dostarczonego zestawu	Tak	
18.	Dostarczone przez dostawcę urządzenie ma być kompletne i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	
Pozostałe wymagania			
19.	Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
21.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
22.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

23.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na wszystkie dostarczone elementy zestawu od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego zestawu, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego zestawu na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym.	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
24.	W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych.	TAK	
25.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty