



.....

Znak: AE/ZP-27-70/15

Tarnów, 2015-11- 10

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy śrub i kotwic do zabiegów ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy poz. 1.** Czy Zamawiający zezwoli na dopuszczenie w punkcie 1 kotwic wykonanych z tytanu średnica 5 mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka o wytrzymałości 56 kg każda, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania?
2. **Dotyczy poz. 2.** Czy Zamawiający zezwoli na dopuszczenie w punkcie 2: kotwica tytanowa 3 mm ze wzmocnioną nicią na sterylnym podajniku?
3. **Dotyczy poz. 3.** Czy Zamawiający zezwoli na dopuszczenie w punkcie 3: miękka kotwica wykonana z plecionki poliestrowej (UHMWP) na sterylnym podajniku średnica 1,4 mm?
4. **Dotyczy poz. 4.** Czy Zamawiający zezwoli na dopuszczenie w punkcie 4 wiertło 1,4 mm dedykowane do miękkich kotwic?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji 1** kotwic wykonanych z tytanu średnica 5 mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka o wytrzymałości 56 kg każda, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji 2** kotwic tytanowych 3 mm ze wzmocnioną nicią na sterylnym podajniku, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji 3** miękkiej kotwicy wykonanej z plecionki poliestrowej (UHMWP) na sterylnym podajniku średnica 1,4 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji 4** wiertła 1,4 mm dedykowanych do miękkich kotwic, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

