



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-75/15

Tarnów, 2015-11-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy artykułów medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycjach od 1 do 4 igieł do biopsji tkanek miękkich z możliwością regulacji od 15mm do 22 mm, spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-2** – Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji histopatologicznej o długości 150mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-4** – Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji histopatologicznej posiadające 2 głębokości penetracji 10mm i 20mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji tkanek miękkich z możliwością ustawienia igieł na 12 lub 25mm.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-2** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji tkanek miękkich o długości 10 lub 15cm.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kompatybilność igieł z penami wszystkich producentów ma być potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby igły do pena były kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku oraz informacja o kompatybilności igieł z konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona była na opakowaniu zbiorczym 100szt?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 – 4** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji gruboigłowej, posiadające 3 widoczne duże sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012 s. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 16G x 110mm.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 20G x 110mm.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zaworów bezigłowych z podzielną silikonową membraną, osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym konektorze, wystającą częściowo poza obudowę tworząc jednorodną materiałowo, łatwą do dezynfekcji powierzchnię stylu z końcówką luer?

13. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych indywidualnie, sterylne, po 4 szt. na jednym blistrze na którym znajduje się informacja o dacie ważności i nr serii.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula powinna być wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula powinna być zapakowana w opakowanie TYVEK niezawierające celulozy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 1 – 4** dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji tkanek miękkich z możliwością regulacji od 15 mm do 22mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 – 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do biopsji histopatologicznej o długości 150mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 – 4** nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do biopsji histopatologicznej posiadających 2 głębokości penetracji 10mm i 20mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2** dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji tkanek miękkich z możliwością ustawienia wystrzału igły na 12mm i 25mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2** dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji tkanek miękkich o długości 10cm, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do biopsji tkanek miękkich o długości 15cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** nie wymaga ale dopuszcza aby kompatybilność igieł z penami wszystkich producentów była potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** nie wymaga ale dopuszcza aby igły były sterylizowane radiacyjnie.

Ad. 8

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wymaga aby igły do penów były kompatybilne z penami wszystkich producentów w szczególności: Bioton, Polfa Tarchomin i Novo Nordisk oraz nie wymaga ale dopuszcza, aby informacja o kompatybilności igieł z konkretnymi wstrzykiwaczami była wymieniona na opakowaniu zbiorczym 100szt. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 1 – 4** dopuszcza również zaoferowanie jednorazowych pistoletów do biopsji gruboigłowej, posiadających 3 widoczne duże sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012s. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** dopuszcza również zaoferowanie igły w rozmiarze 16G x 110mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 11

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** dopuszcza również zaoferowanie igły w rozmiarze 20G x 110mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 13

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** wymaga tj. korków do kaniul do wlewów dożylnych, typ Luer-Lock, standardowych, sterylnych, jednorazowego użytku, pakowanych indywidualnie (tj. każdy korek w osobnym blisterze), na opakowaniu każdego pojedynczego korka musi znajdować się informacja o dacie ważności i nr serii. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie korków pakowanych po 4 szt. na jednym blisterze.

Ad. 14

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** nie wymaga ale dopuszcza aby kaniula była wykonana z podwójnie oczyszczonego PTFE. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 15

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** nie wymaga ale dopuszcza aby kaniula była zapakowana w opakowanie TYVEK niezawierające celulozy. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

