



Znak: AE/ZP-27-76/15

Tarnów, 2015-12-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, przewodników hydrofilnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 pkt 6 Załącznika Nr 7.3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 pkt 10 Załącznika Nr 7.3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego nie posiadającego dyskryminatora morfologii QRS? Dostępnymi dyskryminatorami są stabilność i nagły początek.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 pkt 3 Załącznika Nr 7.6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z żywotnością 15 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm)?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 pkt 3 Załącznika Nr 7.7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z żywotnością 12,1 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm)?
5. **Dotyczy Pakietów Nr 1-3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów/kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych/dwujamowych/resynchronizujących bez opasek na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3 pkt 3 Załącznika Nr 7.5.** Czy Zamawiający dopuści oferowane urządzenie dedykowane do MRI tylko w standardzie DF-4?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 pkt 4 Załącznika Nr 7.5.** Czy Zamawiający dopuści oferowane urządzenie dedykowane do MRI tylko w standardzie DF-4?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 pkt 11 Załącznika Nr 7.1.** Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 pkt 16 Załącznika Nr 7.2.** Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 pkt 15 Załącznika Nr 7.3.** Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 pkt 15 Załącznika Nr 7.4.** Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3 i 4 pkt 7 Załącznika Nr 7.5.** Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia?

13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 pkt 7 Załącznika Nr 7.5.** Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 pkt 11 Załącznika Nr 7.6.** Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez dostępnego programu nocnego.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 pkt 14 Załącznika Nr 7.6.** Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 pkt 3 Załącznika Nr 7.7.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o żywotności 8,2 lat (przy założeniach: 100% stymulacji DDD, 2,5V, 60/min, 750?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 pkt 16 Załącznika Nr 7.7.** Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 1** również kardiowertera-defibrylatora jednojamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 1** kardiowertera-defibrylatora jednojamowego nie posiadającego dyskryminatora morfologii QRS, w którym dostępnymi dyskryminatorami są stabilność i nagły początek.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycja 1** również stymulatora jednojamowego z żywotnością 15 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycja 2** również stymulatora dwujamowego z żywotnością 12,1 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakietach Nr 1-3** również stymulatorów/kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych/dwujamowych/resynchronizujących bez opasek na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 3** również kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych dedykowanych do MRI tylko w standardzie DF-4, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 4** również kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych dedykowanych do MRI tylko w standardzie DF-4, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycja 1** również stymulatorów resynchronizujących bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycja 2** również kardiowerterów z funkcją resynchronizacji bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 1** również kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych bez możliwości dostarczenia do nich opaski na



rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 2** również kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 3 i 4** również kardiowerterów-defibrylatorów dedykowanych do MRI bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 4** również kardiowerterów-defibrylatorów dedykowanych do MRI bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycja 1** stymulatorów jednojamowych bez dostępnego programu nocnego.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycja 1** również stymulatorów jednojamowych bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycja 2** również stymulatorów dwujamowych o żywotności 8,2 lat (przy założeniach: 100% stymulacji DDD, 2,5V, 60/min, 750Ω, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycja 2** również stymulatorów dwujamowych bez możliwości dostarczenia do nich opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

