

Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2 pozycja 2
Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe ICD DR

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
1.	Rok produkcji 2015 lub późniejszy		wymagane
2.	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 100 g		wymagane
3.	Ważność sterylizacji min 12 mies.		wymagane
4.	Energia dostarczana minimum ≥ 35 J		wymagane
5.	Ilość szoków w jednej interwencji ≥ 6		wymagane
6.	Elektrody sterydowe		wymagane
7.	Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe do wyboru z konektorem DF1 i DF4		wymagane
8.	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym ręcznie lub odpowiednie funkcje automatyczne		wymagane
9.	EGM ≥ 17 min.		wymagane
10.	Dyskryminatory arytmii skutecznie różnicujące częstoskurcze komorowe od nadkomorowych np. na podstawie zależności rytmu przesionkowego i komorowego (opisać)		wymagane
11.	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem		wymagane
12.	Gniazda: DF1, DF4		wymagane
13.	Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)		wymagane
14.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów		wymagane
15.	Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta, opaskę na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia		wymagane
16.	Do oferty załączone materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia		wymagane

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty