

Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2 pozycje 3 i 4**Kardiowertery-defibrylatory jedno- i dwujamowe dedykowane do MRI oraz dla osób szczupłych kachektycznych**

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2 pozycja 3			
1.	Rok produkcji 2015 lub późniejszy		wymagane
2.	Dedykowane do MRI całego ciała oraz dla osób szczupłych i kachektycznych		wymagane
3.	Gniazda: DF1, DF4		wymagane
4.	Objętość kardiowertera-defibrylatora $\leq 34 \text{ cm}^3$		wymagane
5.	Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)		wymagane
6.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów		wymagane
7.	Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta, opaskę na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia		wymagane
8.	Do oferty załączone materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia		wymagane
Parametry przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2 pozycja 4			wymagane
1.	Rok produkcji 2015 lub późniejszy		wymagane
2.	Dedykowane do MRI całego ciała oraz dla osób szczupłych kachektycznych		wymagane
3.	Objętość kardiowertera-defibrylatora $\leq 34 \text{ cm}^3$		wymagane
4.	Gniazda: DF1, DF4		wymagane
5.	Na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym bieżąca aktualizacja oprogramowania) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)		wymagane

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
6.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych kilku zabiegów		wymagane
7.	Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta, opaskę na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia		wymagane
8.	Do oferty załączone materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia		wymagane

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty