

Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 3 poz. 1
Stymulatory jednojamowe SSIR

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
1.	gniazda do elektrod IS-1		wymagane
2.	rok produkcji 2015 lub późniejszy		wymagane
3.	czas do wymiany minimum 9 lat (100% stymulacji przy 2,5 V, 60/min, 750Ω		wymagane
4.	funkcja "rate adaptive" - podać i opisać		wymagane
5.	częstość stymulacji 30-160 lub więcej		wymagane
6.	możliwość zmiany amplitudy impulsu od min. 0,5 V		wymagane
7.	szerokość impulsu od 0,2 do 1,5 ms lub szerzej		wymagane
8.	czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 mV lub szerzej		wymagane
9.	czułość przedsionkowa od 0,5 mV lub niżej		wymagane
10.	polarność stymulacji i wyczuwania, unipolarny, bipolarny we wszystkich ustawieniach		wymagane
11.	program nocny i histereza		wymagane
12.	automatyczne określanie skutecznego progu stymulacji		wymagane
13.	automatyczny opis stanu baterii i/lub przewidywanej żywotności stymulatora		wymagane
14.	Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta, opaskę na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia		wymagane
15.	na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania co najmniej raz na 3 miesiące) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)		wymagane
16.	Do oferty załączone materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia		wymagane

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty