



Znak: AE/ZP-27-77/15

Tarnów, 2015-11- 26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, skanera do odczytu testów paskowych Western-Blot, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaką ilość suplementu (do jakiej ilości podłoży hodowlanych) wymaga zaoferowania Zamawiający, aby zapewnić dla każdego podłoża odrębnie w okresie obowiązywania oraz trwania kontraktu zarówno możliwość suplementacji podłoży do których pobierana jest krew poniżej 0,5 ml oraz płyny ustrojowe?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** W związku z wymogiem dostarczenia łaźni wodnej o poj. 10 l z certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez wzorcujące laboratorium akredytowane zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia łaźni do 30 dni od złożenia pierwszego zamówienia.
3. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy.** W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapis o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz”.
4. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w projekcie umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 16.** Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie pkt 16 formułując je w następujący sposób: „Pkt 16 Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 72h.”
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w Formularzu Ofertowym zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe Pakiety będą usunięte.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagania wobec podłoży do hodowli drobnoustrojów pkt 2.** Co Zamawiający rozumie przez opis parametru wymaganego do podłoży do hodowli drobnoustrojów „Podłoża pediatryczne oraz dla dorosłych, w butelkach odpornych na zniszczenie”?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagania wobec podłoży do hodowli drobnoustrojów pkt 1 i 7.** Zamawiający dopuszcza butelki w poz. 2-3 do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych, natomiast w poz. 2 Zamawiający wymaga w poz. 2-4 dostarczenia metodyk lub oświadczenia o możliwości hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych dla poz. 2-4. Czy w związku z tymi wzajemnie wykluczającymi się zapisami Zamawiający wyrazi zgodę aby w poz. 4 butelki służyły tylko do posiewu krwi, a w poz.2-3 do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagania wobec podłoży do hodowli drobnoustrojów pkt 6.** Zamawiający oczekuje od Dostawcy, że dostarczony asortyment posiada niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. i przedłoży je na każde żądanie Zamawiającego. Jednocześnie w pkt 7 Zamawiający oczekuje od

Dostawcy dostarczenia instrukcji używania (metodyki) w j. polskim wystawionej przez producenta lub oświadczenie producenta. Czy w związku z powyższymi zasadami określonymi wyraźnie w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku które sam Zamawiający wymaga w pkt. 6 Zamawiający odstąpi od możliwości potwierdzenia właściwości oferowanego asortymentu poprzez oświadczenie Producenta, które nie jest wystarczającym dokumentem narzuconym przez Ustawę i Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.?

10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - 28.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktu 10 oraz 11 z Załącznika Nr 6 wymagań do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1-28.?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - 28.** Jeżeli odp. na pytanie 10 będzie negatywna dot. pkt 11 czy Zamawiający dopuści dostarczenie Vortex o obrotach 3000 tys./minutę?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy w celu zachowania standaryzacji badań, Zamawiający wymaga aby wszystkie testy paskowe oferowane pochodziły od jednego producenta?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagania wobec podłoży do hodowli drobnoustrojów pkt 8.** Czy Zamawiający uzna za spełniony punkt 8 wymagań dotyczących podłoży oferowanych w Pakiecie Nr 1, w przypadku gdy wszystkie metodyki oferowanych odczynników umieszczone są w Bibliotece Technicznej oferenta do której Zamawiający ma całodobowy bezpłatny dostęp przez stronę internetową naszej firmy?
14. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.1.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną – emailem?
15. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń”?
16. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.5.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu
17. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.1.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie z aparatem większej łaźni wodnej, tj. o pojemności 13 litrów lub 14 litrów.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu suplementu do podłoży oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-4**, więc nie będzie określał niezbędnego suplementu, ale jeżeli Wykonawca oferuje podłoże, które wymaga suplementacji winien ująć je w cenie oferty. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości badań wymagających suplementacji z uwagi na nieprzewidywalną liczbę pacjentów wymagających takich badań.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w ramach **Pakietu Nr 1 poz. 1** łaźni wodnej w terminie 30 dni od daty złożenia pierwszego zamówienia, ale dopuszcza żeby łaźnia była dostarczona do 30 dni od daty podpisania umowy.

Ad 3 Zamawiający w ogólnych warunkach umowy zawarł warunki i terminy dostaw i nie będzie podawał prognozowanej ilości dostaw, ponieważ jest to uzależnione od ilości chorych wymagających określonych badań.

Ad 4 Z uwagi na nieprzewidywalną liczbę pacjentów wymagających badań Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian do Ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień publicznych.

Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt 16 Załącznika Nr 6 dla **Pakietu Nr 1 poz. 1**.

Ad 6 Zamawiający dopuszcza pozostawienie w Formularzu Ofertowym zapisów dotyczących tylko tych zadań (Pakietów), na które Wykonawca będzie składał ofertę.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad 7 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 2-4 określając, że podłoża mają być w butelkach odpornych na zniszczenie w sposób oczywisty miał na myśli, że nie ulegną w łatwy sposób zniszczeniu w warunkach w jakich mogą się znaleźć biorąc pod uwagę ich przeznaczenie, przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Ad 8 Zamawiający dopuszcza aby podłoża zaoferowane w **Pakiecie nr 1 poz. 4** służyły tylko do posiewu krwi, natomiast podłoża zaoferowane w **poz. 2-3** do posiewu krwi innych płynów ustrojowych.

Ad 9 Zamawiający nie odstępuje od zapisów w Załączniku Nr 6 do SIWZ pkt 7 uwzględnia natomiast odpowiedź do pytania 8 dotyczącą przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 2-4, tj. dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie nr 1 pozycji 2 - 3 do oferty oraz do każdej dostawy załączyć wystawioną przez producenta instrukcję używania (metodykę) w języku polskim potwierdzającą, że zaoferowane podłoża są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.), lub oświadczenie producenta, że zaoferowane podłoża są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.), przy czym oświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż w 2015 r., natomiast w odniesieniu do podłoży ujętych w Pakiecie Nr 1 poz. 4 do oferty oraz do każdej dostawy załączyć wystawioną przez producenta instrukcję używania (metodykę) w języku polskim potwierdzającą, że zaoferowane podłoża są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi, lub oświadczenie producenta, że zaoferowane podłoża są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi, przy czym oświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż w 2015 r.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 10 i 11 z Załącznika Nr 6 dla przedmiotu zamówienia w **Pakietach Nr 1-28**.

Ad 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 11 wytrząsarki typu Vortex o obrotach 3000/minutę.

Ad 12 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby wszystkie zaoferowane w Pakiecie Nr 5 testy paskowe pochodziły od jednego producenta.

Ad 13 Zamawiający nie uzna za spełniony został punkt 8 wymagań dotyczących podłoży oferowanych w Pakiecie Nr 1, w przypadku gdy wszystkie metodyki oferowanych odczynników umieszczone są w Bibliotece Technicznej oferenta do której Zamawiający ma całodobowy bezpłatny dostęp przez stronę internetową firmy i podtrzymuje zapisy w tym zakresie - pkt 8 Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Ad 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisów ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ, tj. zastąpienia telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną (e-mail).

Ad 15 – 17 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniach zmian w ogólnych warunkach umowy.

Ad 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. w zestawie z aparatem większej łaźni wodnej, tj. zarówno 13 jak i 14 litów.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 przedłuża termin składania ofert z 30.11.2015 godz. 10⁰⁰ na 01.12.2015r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 30.11.2015 godz. 10¹⁰ na 01.12.2015 godz. 10¹⁰.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

