

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1 - 28

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1		
1.	Aparat nie starszy niż z 2012 roku	
2.	Pojemność aparatu minimum 120 miejsc	
3.	Ciągły monitoring hodowli: pomiary co najmniej 4 razy na godzinę	
4.	Możliwość graficznego przedstawiania przebiegu hodowli	
5.	Możliwość włączenia aparatu do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł mikrobiologia, z opcją podglądu przez uprawnionych pracowników poza terenem Pracowni	
6.	System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich oraz tych, których czas inkubacji dobiegł końca	
7.	System sygnalizacji błędów oraz przekroczenia parametrów granicznych	
8.	Protokół hodowli negatywnej nie dłużej niż 7 dni	
9.	Możliwość zmiany czasu protokołowego dla hodowli negatywnej	
10.	W zestawie z aparatem łaźnia wodna (1 sztuka) o pojemności 10 litrów, ze sterowaniem mikroprocesorowym, z zakresem temperatury do 100°C, do łaźni dołączone świadectwo wzorcowania dla temperatury 95 st C wystawione przez wzorcujące laboratorium akredytowane.	
11.	W zestawie z aparatem wyrząsarka typu Vortex (lub równoważna), 3200 obrotów /minutę (bez regulacji), z dwiema platformami: gumowy "kielisek" na 1 probówkę, płaski blat pokryty na kilka probówek lub kolbę	
12.	Wraz z dostawą aparatu Instrukcja obsługi w języku polskim	
13.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany aparat do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie	
14.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego	
15.	Naprawa i serwis aparatu ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia, w tym przeglądy i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy	
16.	Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 48 godziny	
17.	Koszty transport do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania wobec podłoży do hodowli drobnoustrojów		
1.	Podłoża z pozycji 2 i 3 odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.)	
2.	Podłoża pediatryczne oraz dla dorosłych, w butelkach odpornych na zniszczenie.	
3.	Podłoża dla bakterii tlenowych, w tym wybrednych - odpowiednie dla wzrostu Neisseria i Haemophilus, uniwersalne zapewniające wzrost bakterii i grzybów w jednej butelce, lub selektywne dla bakterii beztlenowych	
4.	Podłoża z inaktywatorami antybiotyków	
5.	Data ważności podłoży - minimum 6 miesięcy od daty dostawy	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie	
7.	Dla pozycji 2 - 4 do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta lub oświadczenie producenta, że zaoferowane podłoża są odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.). Oświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż w 2015 r.	
8.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2		
1.	Każde opakowanie (fiolka) z krążkami musi być zapakowane oddzielnie, w hermetycznie zamkniętym opakowaniu typu „blister” z pochłaniaczem wilgoci	
2.	Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii	
3.	Średnica krążka 6 mm, na każdym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie	
4.	Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości, które powinno zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami	
5.	Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe "nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST	
6.	Stężenie antybiotyku na krążku zawiera się w zakresie 90 - 125% ustalonego stężenia. Do każdej dostawy musi być załączona informacja o wielkości stężenia każdego dostarczanego krążka antybiotyków	
7.	Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
8.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane krążki do antybiogramów do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 1 - 4		
1.	W pozycjach 1 - 4 - kompletne zestawy do wykonania oznaczenia	
2	W pozycjach 1-3 opakowania nie większe niż 100 oznaczeń.	
3	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
4	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
5	Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy	
Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 5 – 12		
1.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
2.	Minimalna data ważności dla przedmiotu zamówienia z pozycji: 5 – 12- 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Opakowania nie większe niż: w pozycji 5 - 50 szt., poz. 6-9 – 1 litr, poz. 10- 30 ml, poz.11 – 100 sztuk, poz. 12 - 20 sztuk	
5.	Dotyczy poz. 5 - testy - krążki z nitrocefiną do wykrywania aktywności betalaktamaz	
6	Dotyczy poz. 6 – 9 – barwniki do barwienia preparatów metodą Grama.	
7.	Dotyczy poz. 12– zestaw kompletny, woreczki z saszetkami do hodowli bakterii w warunkach mikroaerofilnych z niską zawartością CO ₂ (5% O ₂ , 10%CO ₂ ,85 % N ₂) oraz zaciski do woreczków.	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4		
1.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
2.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu na terenie RP, przy czym w poz. 1-4 i 6-7 dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
3	W pozycji nr 3 – kwas fenylboronowy do wykrywania karbapenemaz typu KPC	
4	W pozycji nr 4 – 0,5 molowy roztwór EDTA o pH=8 – odczynnik do wykrywania karbapenemaz typu MBL.	
5	w pozycji 3-4 opakowania nie większe niż 2 ml, w pozycji nr 5 – opakowania nie większe niż 4 ml	
6	W pozycji nr 6 – zestaw krążków diagnostycznych , który powinien zawierać: krążki z karbapenemem, krążki z karbapenemem + inhibitor MBL, krążki z karbapenemem + inhibitor KPC oraz krążki z karbapenemem + inhibitor AmpC – wszystkie w ilości po 50 sztuk.	
7.	Termin ważności dla pozycji 3,4,5 minimum 12 miesięcy miesięcy od daty dostawy, dla pozycji 1,2,7 min. 8 m-cy a dla pozycji 6 – min. 6 m-cy.	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 5		
1.	Paski z gradientem stężenia antybiotyku do określania wartości MIC rzeczywistego (minimalne stężenie hamujące wzrost drobnoustroju - wartość rzeczywista), zgodny z rekomendacjami EUCAST	
2.	Oferowane testy posiadają pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego d/s Lekowrażliwości (lub równoważną), którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą	
3.	Skala gradientu stężeń antybiotyku dokładniejsza niż geometryczna	
4.	Testy umieszczone na nośniku plastikowym	
5.	Paski pakowane w blisterach lub gąbkach umożliwiającym ich przechowywanie w kontrolowanej temperaturze	
6.	Data ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta oraz do wglądu certyfikaty kontroli jakości zawierające zakresy referencyjne dla szczepów wzorcowych	
8.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6		
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6.1		
1.	Zestaw kompletny z kontrolkami, zapewniający wykonanie badania	
2.	W opakowaniach nie większych niż 500 testów	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
4.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
5.	Minimalna data ważności -min 7 miesięcy od daty dostawy	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7 pozycja 1-4:		
1.	Testy do oznaczeń metodą ELISA - Materiały kalibracyjne i kontrolne w zestawach odczynnikowych - w każdym przypadku zestawy kompletne do wykonania oznaczenia	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7 pozycja 5:		
1.	Skaner do odczytu testów paskowych Western-Blot	
2.	W cenie dzierżawy program komputerowy, polska wersja językowa	
3.	Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego	
4.	Pomiar oraz ocena intensywności wybarwionych pasm antygenowych	
5.	Archiwizacja wyników z zachowaniem obrazu paska	
6.	W cenie dzierżawy przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego, z zakresu obsługi programu komputerowego	
7.	Dopuszczony do obrotu na terenie RP, odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
8.	Naprawa i serwis skanera ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 6-7		
1.	Paski antygenowe do potwierdzania zakażenia Borrelia burgdorferi metodą Western-Blot.	
2.	Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia	
3.	Zestawy oparte na rekombinowanych antygenach, umożliwiających wykrycie min. trzech genogatunków europejskich Borrelia (B. burgdorferi, B. garinii i B. afzelii), umieszczone na pasku testowym.	
4.	Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM.	
5.	Możliwość wykonania oznaczeń zarówno w surowicy jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu tego samego zestawu dla obu klas przeciwciał (IgG i IgM)	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
6.	Kontrola cut off umieszczona na każdym pasku.	
7.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
8.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
9.	Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie	
10.	możliwość elektronicznej oceny pasków. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim lub odczyt wizualny	
11.	Zapewnienie wliczonej w cenę oferty konsultacji badań w laboratorium referencyjnym (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).	
12.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 8-9		
1	Testy ELISA na płytkach do oznaczania przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwko Borrelia	
2	Testy przeznaczone do wykrywania przeciwciał w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym, przy użyciu tego samego zestawu i tych samych standardów – metodyka testu powinna zawierać procedurę wykonania oznaczeń z płynu mózgowo-rdzeniowego.	
3	Standardy gotowe do użycia.	
4	Możliwość wykrycia trzech genogatunków europejskich Borrelia z zastosowaniem antygenów rekombinowanych.	
5	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia.	
6	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
7	Odczynniki i kontrole gotowe do użycia.	
8	Minimalna data ważności dla przedmiotu zamówienia – 10 miesięcy od daty dostawy	
12.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8		
1.	Testy do określania wrażliwości bakterii bezwzględnie beztlenowych na antybiotyki w półpłynnym podłożu. Testy opracowane zgodnie z zaleceniami EUCAST – zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, tzn w skład zestawu wchodzi paski oraz podłoża wzrostowe niezbędne do wykonania badania. Możliwość odczytu manualnego	
2.	Data ważności min 6 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości.	
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 9

1.	Testy do jednoczesnej identyfikacji oraz określania wrażliwości grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida na leki przeciwgrzybicze. Możliwość oznaczania wrażliwości na następujące leki przeciwgrzybicze: Nystatyna, Amfoterycyna B, Flucytozyna, Ekonazol, Ketokonazol, Klotrimazol, Mikonazol, Itrakonazol, Vorikonazol, Flukonazol. Możliwość podawania wyniku w kategorii: wrażliwy/oporny. Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia tzn w skład zestawu wchodzi testy oraz podłoża wzrostowe niezbędne do wykonania badania. Możliwość odczytu manualnego.	
2.	Data ważności min 6 miesięcy od daty dostawy	
3.	W opakowaniach nie większych niż 20 testów.	
4.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
5.	Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości.	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10

1.	Dla poz. 1 - 5: min. data ważności 12 m-cy od dostawy	
2.	Dla poz. 1 - 5: w opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
3.	Dla poz. 1 - 5: Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 11 poz.: 1 – 12		
1.	W opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 12 poz.: 1 - 6		
1.	W opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 1		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z odczynnikami wieloważnym grupy B-E i G, odczynnikami jednoważnymi grup: B,C1,C2,D,E i G, lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 2		
1.	Zestaw zawierający lateks Salmonella – odczynnik poliwalentny B,E i G oraz lateks kontrolny.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 3		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierający : odczynniki wieloważne grupy A , B , C ,lateks kontrolny, płytki reakcyjne i patyczki.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 4-6		
1.	W pozycji 4-6 zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, zawierające materiały określone w Formularzu Cenowym , oraz płytki reakcyjne i patyczki.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 7		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierający: odczynnik lateksowy do wykrywania grupowego antygenu szczepów E. Coli O 157, lateks kontrolny, antygen kontrolny , płytki reakcyjne i patyczki.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 1		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, z lateksem do identyfikacji pałek Shigella sonnei, z lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 2		
1.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
2.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 pozycja 1 -12		
1.	W pozycji nr 1 – mikrobank – fiołki do głębokiego zamrażania szczepów bakteryjnych, system z kulkami ceramicznymi, możliwość przechowywania szczepów w zakresie temperatury od "-20 ⁰ C" do "-70 ⁰ C". Wielkość opakowania – min. 64 fiołki.	
2.	W pozycjach: 2-12 – szczepy bakteryjne, wzorcowe do kontroli jakości o stałych, nie zmieniających się i powtarzalnych cechach minimum z 4 pasażu.	
3.	Do każdego szczepu dołączony certyfikat kontroli jakości zawierający zakresy referencyjne dla poszczególnych antybiotyków.	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
5.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu na terenie RP, przy czym w odniesieniu do poz. 2-12 dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 16 poz. 1		
1.	Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania podwyższonych poziomów Laktoferyny w kale - markera leukocytów w kale oraz wskaźnika zapalenia jelitowego	
2.	Zestaw komplety do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią (podać skład zestawu)	
3.	W opakowaniach nie większych niż 25 oznaczeń	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
6.	Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-8 st C lub w temperaturze pokojowej do 2 tygodni od pobrania.	
7.	W metodyce wykonania testu powinna znajdować się lista organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych oraz wykaz substancji wraz z ich stężeniami nie mające wpływu na wynik testu.	
8.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 17 poz. 1		
1.	Szybki test kasetkowy, immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej (GDH) oraz toksyn A/B Clostridium difficile w próbkach kału, na jednej kasetce (całkowity czas wykonania oznaczenia nie może przekraczać 60 minut)	
2.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią.	
3.	Wykrywalność toksyny A na poziomie min. 0,7 ng/ml, toksyny B – min. 0,2 ng/ml, oraz GDH – min. 0,8 ng/ml.	
4.	Koniugat ma zawierać przeciwciała przeciwko toksynom A/B oraz GDH.	
5.	Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-8 st C do 72 godzin od pobrania bez konieczności zamrażania.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
6.	W opakowaniach nie większych niż 25 oznaczeń	
7.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
8.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 17 poz. 2		
1.	Test immunoenzymatyczny do wykrywania i różnicowania toksyn Shiga 1 i Shiga 2.	
2.	Wykrywanie i różnicowanie toksyn bezpośrednio w próbkach kału, bez konieczności wykonania hodowli.	
3.	W opakowaniach nie większych niż 25 testów.	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Wykrywalność toksyn Shiga 1 i Shiga 2 na poziomie min. 0,04 ng/ml.	
6.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią.	
7.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
8.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 18 poz. 1		
1	Szybki test jakościowy, immunochromatograficzny do wykrywania bakterii Campylobacter spp. W próbkach kału.	
2	W opakowaniach nie większych niż 25 testów.	
3	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia.	
4	Data ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy	
5	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
6	Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-4 st C do 48 godzin od pobrania bez konieczności zamrażania.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
7	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 19		
1.	Dla pozycji 1-7: w każdym przypadku bezodczynnikowe zestawy do identyfikacji drobnoustrojów za pomocą testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny, czas inkubacji do 24 godzin.	
2.	Dla pozycji 8: zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych za pomocą min 23 testów biochemicznych – stanowiących 1 panel diagnostyczny, czas inkubacji 24 - 48 godzin.	
3.	Dla pozycji 1-8: w każdym przypadku zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, tzn. w skład zestawu wchodzi paski identyfikacyjne oraz nośniki zawiesiny bakteryjnej niezbędne do wykonania badania; w pozycji nr 8 – wszystkie dodatkowe odczynniki potrzebne do odczytu testu (rodzaj i ilość dodatkowych odczynników określa Wykonawca ujmując te materiały w Formularzu Cenowym)	
4.	Dla pozycji 1-8: do każdej dostawy dołączony certyfikat jakości, który powinien zawierać: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii oraz wyniki kontroli jakości.	
5.	Dla pozycji 10-16: w każdym przypadku zestawy kompletne do wykonania oznaczenia .	
6.	Dla pozycji 10-16: do każdej dostawy dołączony certyfikat jakości, który powinien zawierać: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii, wyniki kontroli jakości.	
7.	Dla pozycji 1-16 i 19: data ważności – min. 12 miesięcy od daty dostawy	
8.	Dla pozycji 1-16: Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
9.	Dla pozycji 1-16: w przypadku gdy zaoferowany odczynnik posiada w swoim składzie substancje niebezpieczne - do każdej dostawy dołączona karta charakterystyki produktu	
10.	Dla pozycji 1-16: Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
11.1	Dla pozycji 17: Czytnik wielokanałowy wraz z komputerem, drukarką oraz oprogramowaniem komputerowym do automatycznego odczytu testów identyfikacyjnych – biochemicznych paneli diagnostycznych zaoferowanych w poz. 1 - 8	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
11.2	W zestawie z czytnikiem jedno urządzenie do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej. Możliwość przeprowadzenia pomiarów zmętnienia w skali 0-15 McFarlanda. W cenie dzierżawy kalibracja urządzenia potwierdzona wystawieniem świadectwa kalibracji, które będzie dostarczone Zamawiającemu wraz z urządzeniem	
11.3	W zestawie z czytnikiem pipeta automatyczna do inokulacji paneli identyfikacyjnych; w cenie dzierżawy kalibracja pipety potwierdzona wpisem do paszportu technicznego oraz wzorcowanie pipety dla objętości 100, 150 i 200 mikrolitrów potwierdzone wystawieniem świadectwa wzorcowania przez wzorcujące laboratorium akredytowane. Świadectwo wzorcowania będzie dostarczone Zamawiającemu wraz z pipetą.	
11.4	Naprawa i serwis czytnika wraz z wyposażeniem dodatkowym (o których mowa w punkcie 11. 2 i 11.3) ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia	
11.5	Wraz z dostawą instrukcja obsługi (w języku polskim): czytnika, pipety oraz urządzenia do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej	
12.	Dla pozycji 17-19: Wykonawca posiada dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu na terenie RP	

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 20

1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia. W opakowaniach nie większych niż 30 oznaczeń. Możliwość wykonania oznaczenia w materiałach klinicznych: surowica krwi, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz. Data ważności min. 12 miesięcy od dostawy.	
2.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 21

1.	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów bakterii Legionella pneumophila w próbkach moczu u pacjentów z objawami zapalenia płuc, w opakowaniach nie większych niż 25 testów, możliwość przechowywania próbki do 14 dni w temperaturze 2-8 st C, zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, min data ważności 9 m-cy od dostawy.	
2.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 22		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia. W opakowaniach nie większych niż 30 oznaczeń. Możliwość wykonania oznaczenia w materiałach klinicznych: mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy. Data ważności min. 6 miesięcy od dostawy.	
2.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 23		
1.	W pozycjach 1 - 12 , 14 – 19, 21-23, 26-34 oraz 43 podłoża gotowe, na płytkach z żebrami wentylacyjnymi, średnica płytki 90 mm; w pozycji 13 - podłoże płynne w probówkach	
2.	Każda płytka opisana: nazwą podłoża i datą ważności.	
3.	Opakowania nie większe niż: 20 płytek w odniesieniu do pozycji: 1 – 12, 14-19, 23, 26-34, oraz 43 ; oraz nie większe niż 10 płytek w odniesieniu do pozycji 20, 21, 22.	
4.	Minimalna data ważności: dla poz. 1- 18 , poz. 20 - 23 , 26-34 oraz 43- minimum 4 tygodnie od daty dostawy, dla poz. 19 - 2 miesiące od daty dostawy, dla poz. 24 - 4 miesiące od daty dostawy	
5.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta oraz certyfikat (świadectwo) kontroli jakości wystawione przez producenta, zawierające: skład podłoża, jego parametry, nazwę producenta, nr serii, datę ważności, pH, barwę oraz kontrolę jakości przeprowadzoną ze szczepami wzorcowymi wg wytycznych EUCAST	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu na terenie RP, przy czym w odniesieniu do poz. 1-19, 23-33, 35-44 dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
7.	Producent żywności musi posiadać uznany system jakości z serii ISO9000 lub równoważny, odpowiedni certyfikat załączyć do oferty	
8.	Wszystkie żywności wymienione w pakiecie 23 – z wyjątkiem pozycji 25 – mają pochodzić od jednego producenta.	
9.	Dla pozycji: 2, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
10	Pozycja nr 20: płytki odciskowe, z agarem sterylizowanym do monitorowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w środowisku szpitalnym. Płytki z meniskiem wypukłym pozwalającym na bezpośrednie pobranie materiału z badanych powierzchni. Podłoża z czynnikami neutralizującymi inaktywującymi pozostałości środków dezynfekcyjnych. Pakowane w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.	
11	Pozycja nr 21: Agar tryptozowo-sojowy - podłoża gotowe, na płytkach z agarem sterylizowanym do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w środowisku szpitalnym, do pobierania prób powietrza metodą sedimentacyjną. Średnica płytki 90 mm, podłoża pakowane w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.	
12	Pozycja nr 22: Agar Sabouraud z dekstrozą - podłoża gotowe, na płytkach z agarem sterylizowanym do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w środowisku szpitalnym, do pobierania prób powietrza metodą sedimentacyjną. Średnica płytki 90 mm, podłoża pakowane w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 23 poz. 25		
1.	Wymazówki transportowe z podłożem AMIES + C w probówce transportowej	
2.	Długość użytkowa wymazówki 125 mm, długość całkowita 150 mm z główką 5 mm z wiskozy	
3.	Pakowane indywidualnie, sterylne	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 23 poz. 35-36		
1.	W poz.35 podłoże płynne w probówce, w poz. 36 podłoże płynne w butelce	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 23 poz.: 37-42		
1.	Podłoża gotowe w probówkach	
2.	W opakowaniach zbiorczych nie większych niż 50 sztuk	
3.	Termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy	
4.	Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metryka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 23 poz. 44		
1.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
2.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 24 poz. 1 - 3		
1	Zestawy do oznaczania przeciwciał anti-Giardia lamblia w klasie IgG, IgM i IgA w surowicy lub osoczu metodą ELISA	
2	Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia , zawierające kalibratory i kontrole	
3	Wszystkie zestawy (IgG, IgM, IgA) pochodzą od jednego producenta.	
4	Studzienki mikroplątek opłaszczane są oczyszczonymi, inaktywowanymi antygenami Giardia lamblia.	
5	Dla poz. 1-3 do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metrykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
6	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
7	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 25		
1	Test immunochromatograficzny do wykrywania osobno antygenów rotawirusa, adenowirusa i norowirusa w próbkach kału	
2	Test jakościowy, umożliwiający jednoczesne wykrycie antygenów wirusów	
3	Test zawierający kontrolę pozytywną	
4	W opakowaniach nie większych niż 20 testów.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
5	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
6	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
7	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 26 poz. 1		
1.	Szybki test immunologiczny do wykrywania antygenów paciorkowców z grupy A bezpośrednio z wymazu z gardła	
2.	Możliwość odczytania wyniku maksymalnie po 5 minutach	
3.	Wraz z każdą dostawą instrukcja użycia (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia	
4.	Termin ważności odczynników - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 27 poz. 1		
1.	Szybki jakościowy test do wykrywania antygenu wirusa grypy typu A i B w próbkach biologicznych układu oddechowego	
2.	Zestaw komplety do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)	
3.	Możliwość odczytania wyniku maksymalnie po 10 minutach	
4.	Termin ważności odczynników - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 28 poz. 1		
1.	Jednostopniowy, immunochromatograficzne testy kasetkowe do wykrywania antygenu RSV w próbkach pochodzących z nosa	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
2.	Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)	
3.	Możliwość odczytania wyniku maksymalnie po 10 minutach	
4.	Termin ważności odczynników - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty