



Znak: AE/ZP-27-80/15

Tarnów, 2015-12- 03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT oraz akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający wymagać będzie złożenia wraz z ofertą przetargową, dokumentów wystawionych przez producenta oferowanych wyrobów lub jego autoryzowanego przedstawiciela, zawierających opis tych produktów (ulotki, katalogi ze zdjęciem i kompletnymi informacjami o wymiarach i numerze katalogowym oferowanego wyrobu, zgodnym z numerem katalogowym podanym w formularzu cen jednostkowych oraz inne dokumenty potwierdzające wymagane dokumenty i właściwości produktu, o jakich mowa w formularzu cen jednostkowych)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający w ramach Pakietu Nr 2 – Akcesoria do strzykawki automatycznej Optistar Elite, dopuści złożenie oferty na: „Zestaw do strzykawki automatycznej Optistar Elite, jednorazowego użytku, sterylny, składający się z:dwóch wkładów o pojemności 60 ml do wypełnienia kontrastem oraz drenu „Y” o długości 250 cm”?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający w ramach Pakietu Nr 2 Akcesoria do strzykawki automatycznej Optistar Elite, dopuści złożenie oferty na: „Dren „Y” do strzykawki automatycznej Optistar Elite, jednorazowego użytku, sterylny, z jedną zastawką wstrzymującą, długość 250 cm”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Wykonawcy, Zamawiający wymagać będzie złożenia wraz z ofertą przetargową, dokumentów wystawionych przez producenta oferowanych wyrobów lub jego autoryzowanego przedstawiciela, zawierających opis tych produktów (ulotki, katalogi ze zdjęciem i kompletnymi informacjami o wymiarach i numerze katalogowym oferowanego wyrobu, zgodnym z numerem katalogowym podanym w formularzu cen jednostkowych oraz inne dokumenty potwierdzające wymagane dokumenty i właściwości produktu, o jakich mowa w formularzu cen jednostkowych). Faktyczny wymóg w tym zakresie Zamawiający określił w pkt IV.4.1 SIWZ, tj. wymaga załączenia do oferty materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1 i 2.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 1** również opisanego w pytaniu zestawu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycja 3** również drenu „Y” do strzykawki automatycznej Optistar Elite, jednorazowego użytku, sterylnego, z jedną zastawką wstrzymującą, długość 250 cm , pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a