



Znak: AE/ZP-27-80/15

Tarnów, 2015-12- 07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT oraz akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez sformułowanie; „złącze wysokociśnieniowe” ma na myśli do 375 PSI?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez sformułowanie; „złącze niskociśnieniowe” ma na myśli do 375 PSI?
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w następujący sposób: „4. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawek VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna ~~brutto~~ netto nie ulegnie zmianie.”
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w następujący sposób: „8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) ~~0,5 %~~ 0,2 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
b) ~~0,5 %~~ 0,2 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt.b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie do (maksymalnie 7 dni kalendarzowych) od daty zgłoszenia.”
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w następujący sposób: „9. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości ~~20%~~ 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.” oraz dodanie zapisów o następującej treści: „W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w następujący sposób: „11. Powtarzające się **co najmniej trzykrotnie** nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę, ~~tj.: w szczególności~~ nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych.”

7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.20 SIWZ.** Prosimy o modyfikację poprzez dodanie ppkt k) o następującej treści: „k) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający złącze o wytrzymałości 375 PSI traktuje jako złącze niskociśnieniowe.

Ad. 2 Zamawiający poprzez sformułowanie „złącze niskociśnieniowe ma na myśli także złącze o wytrzymałości 375 PSI.

Ad. 4 -7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

