

Wymogi jakie winien spełniać oferowany przedmiot zamówienia

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane (podać parametry, opisać)
1.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany system do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.	
2.	Urządzenie nie starsze niż z 2015 roku	
3.	System zamknięty przeznaczony do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG, z wykorzystaniem próżni	
4.	Dostawa systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej do 14 dni od daty podpisania umowy	
5.	Dostarczenie systemu w pełni sprawnego, gotowego do użycia bez konieczności dokonywania zakupów poza sprzętem wymienionym w Formularzu Cenowym	
6.	Na żądanie Zamawiającego przeszkolenie pracowników Zamawiającego (w jego siedzibie) w zakresie obsługi zaoferowanego systemu, najpóźniej w terminie przekazania urządzenia do użytku Zamawiającego	
7.	Dostarczenie wraz z systemem instrukcji obsługi w języku polskim	
8.	Wliczony w dzierżawę serwis na okres obowiązywania umowy: naprawa do 48 godzin od zgłoszenia awarii (dni robocze), w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na sprawny system - do 72 godzin (dni robocze)	
9.	W ofercie ujęto wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy systemu (w przypadku konieczności dostarczania akcesoriów nie wymienionych w Formularzu Cenowym należy dodać w Formularzu kolejne pozycje i podać ilość niezbędną do wykonania 230 biopsji)	
10.	Oferowane igły do biopsji i pozostałe elementy kompatybilne z oferowanym systemem	
11.	Igły wyposażone w zamknięty pojemnik (koszyczek) na pobrane wycinki. W ofercie na każdą igłę pojemniki zabezpieczające pobranie min. 20 wycinków	
12.	Wymagane rozmiary igieł do mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG: 7 - 8 G i 10 - 11 G	
13.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane: igły do biopsji, znaczniki tkankowe, pozostały asortyment zaoferowany zgodnie z Formularzem Cenowym do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.	
14.	Igły, znaczniki tkankowe i pozostały sprzęt (wymienić jaki) posiadający określony termin ważności, winien mieć termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy	
15.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	

Oferty które nie spełniają w/w wymagań zostaną odrzucone.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty