



Znak: AE/ZP-27-87/15

Tarnów, 2016-01- 08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: fartuchów, ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji 1 - pkt IV.4.8 SIWZ i pozycji 2 pkt IV.- 4.9 SIWZ.** Czy Zamawiający dopuszcza w w/w punktach dokumenty na zgodność tkaniny z normą PN-EN 13795?
2. **Dotyczy pozycji 1.** Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie w poz. 1 fartuchów chirurgicznych barierowych wielokrotnego użytku, standardowego ryzyka w pełni zgodnych z normą PN-EN 13795, które zarówno w polu krytycznym jak i mniej krytycznym wykonane są z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze około 135 g/m² z wykończeniem hydrofobowym (nieprzemakalnym).
3. **Dotyczy pozycji 2.** Prosimy o dopuszczenie ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku wykonanych z chłonnej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1%, zawartości bawełny minimum 54% i zawartości poliestru 44% o gramaturze około 125 g/m², zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie: pylenia, czystości po względem cząstek stałych, wytrzymałości na wypychanie na sucho, wytrzymałości na rozciąganie na sucho.
4. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość przesłania oferty cenowej tylko na jedną z wybranych pozycji czyli na rozdzielenie dwóch pozycji na dwa odrębne pakiety?
5. **Dotyczy pozycji 1 i 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie jako wyników badań kart danych technicznych potwierdzających właściwości i spełnianie norm?
6. **Dotyczy pozycji 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny barierowy wielokrotnego użycia wykonanego w części krytycznej (przednia część fartucha oraz przedramiona) z trójwarstwowego laminatu dzianiny poliestrowej z poliuretanową membraną, która gwarantuje wysoką barierowość i chłonność, o gramaturze 156 g/m²?
7. **Dotyczy pozycji 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny barierowy wielokrotnego użycia wykonanego w części poza polem krytycznym (ramiona oraz tylna część fartucha) z tkaniny poliestrowej zapewniającej barierowość i dobrą przepuszczalność powietrza o gramaturze 84 g/m² z zawartością nitki węglowej?
8. **Dotyczy pozycji 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny barierowy wielokrotnego użycia w kolorze niebieskim i zielonym?
9. **Dotyczy pozycji 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ubrania operacyjne wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o składzie: bawełna 69%, poliestr 30% oraz włókna węglowego 150 g/m²?
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ.** Czy Zamawiający zgadza się aby w pkt 11 Ogólnych Warunków Umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy?
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.16 SIWZ.** Jak należy rozumieć obciążenie Wykonawcy kosztem zakupu zastępczego, o którym mowa w pkt 16 Ogólnych Warunków Umowy? Czy chodzi o obciążenie Wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

1/ pkt. IV.4.8 SIWZ z zapisu o treści :

„4.8. W odniesieniu do wyrobów zaoferowanych w pozycji 1 wyników badań potwierdzających spełnianie standardowych wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych wyrobów przeprowadzonych zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013”

na zapis o treści:

„4.8. W odniesieniu do wyrobów zaoferowanych w pozycji 1 wyników badań potwierdzających spełnianie standardowych wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych fartuchów chirurgicznych lub tkanin, z których uszyte zostaną zaoferowane fartuchy chirurgiczne przeprowadzonych zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013”

2/ pkt. IV.4.9 SIWZ z zapisu o treści :

„4.9. W odniesieniu do wyrobów zaoferowanych w pozycji 2 wyników badań potwierdzających spełnianie wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych wyrobów przeprowadzonych zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013”

na zapis o treści:

„4.9. W odniesieniu do wyrobów zaoferowanych w pozycji 2 wyników badań potwierdzających spełnianie wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych ubrań chirurgicznych lub tkanin, z których uszyte zostaną zaoferowane ubrania chirurgiczne przeprowadzonych zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013”

3/ pkt. 16 Załącznika Nr 6 do SIWZ w zakresie pozycji 1 z zapisu o treści :

„16. Do oferty załączone wyniki badań potwierdzające spełnianie standardowych wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych wyrobów przeprowadzone zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013”

na zapis o treści:

„16. Do oferty załączone wyniki badań potwierdzające spełnianie standardowych wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych fartuchów chirurgicznych lub tkanin, z których uszyte zostaną zaoferowane fartuchy chirurgiczne przeprowadzone zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013”

4/ pkt. 14 Załącznika Nr 6 do SIWZ w zakresie pozycji 2 z zapisu o treści :

„14. Do oferty załączone wyniki badań potwierdzające spełnianie wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych wyrobów przeprowadzone zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013”

na zapis o treści:

„14. Do oferty załączone wyniki badań potwierdzające spełnianie wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych ubrań chirurgicznych lub tkanin, z których uszyte zostaną zaoferowane ubrania chirurgiczne przeprowadzone zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013”

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji 1** fartuchów chirurgicznych barierowych wielokrotnego użytku, standardowego ryzyka, które zarówno w polu krytycznym jak i mniej krytycznym wykonane są z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze około 135 g/m² z wykończeniem hydrofobowym (nieprzemakalnym), pod warunkiem pełnej zgodności z normą PN-EN 13795:2011+A1:2013.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji 2** ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku wykonanych z chłonnej płyny, niepylającej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego powyżej 1%, zawartości bawełny minimum 54% i zawartości poliestru 44% o gramaturze około 125 g/m², pod warunkiem pełnej zgodności z normą PN-EN 13795:2011+A1:2013.

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie dwóch pozycji na dwa odrębne pakiety.

Ad. 5

Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie kart danych technicznych potwierdzających właściwości i spełnianie norm jako wyników badań, o których mowa w pkt IV.4.8 i IV.4.9 SIWZ.



Ad. 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji 1** fartuchów chirurgicznych barierowych wielokrotnego użycia wykonanych w części krytycznej (przednia część fartucha oraz przedramiona) z trójwarstwowego laminatu dzianiny poliestrowej z poliuretanową membraną, która gwarantuje wysoką barierowość i chłonność, o gramaturze 158 g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym pod warunkiem pełnej zgodności z normą PN-EN 13795:2011+A1:2013.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji 1** fartucha chirurgicznego barierowego wielokrotnego użycia opisanego w pytaniu.

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji 1** fartucha chirurgicznego barierowego wielokrotnego użycia w kolorze niebieskim i zielonym, dopuszcza tylko kolor zielony.

Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji 2** ubrania operacyjnego wykonanego z tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o składzie: bawełna 69%, poliester 30% oraz włókna węglowego 150 g/m².

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 11

Zamawiający potwierdza, że obciążenie Wykonawcy kosztem zakupu zastępczego, o którym mowa w pkt 16 Ogólnych warunków umowy dotyczy różnicy pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy

W związku odpowiedzi udzieloną w Ad.1, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 18.01.2016r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 18.01.2016 godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IV.4.8, IV.4.9, IX.1 i X.1, Załącznika Nr 6 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

