

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie, należy podać dokładne informacje

L.p.	Wmagane parametry	Parametry oferowane. Padać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
	Pozycja 1 - Fartuchy chirurgiczne barierowe wielokrotnego użycia	
1.	Fartuchy chirurgiczne barierowe, minimum standardowego ryzyka	
2.	Spełniające wymagania normy PN-EN 13795:2011+A1:2013 lub równoważnej	
3.	Na obszarze krytycznym (przód oraz rękawy - co najmniej przedramiona) wykonane z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, gramatura tkaniny 135-156 g/m ²	
4.	Poza polem krytycznym wykonane z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego lub z poliestrowo-bawełnianej, gramatura tkaniny 120-150 g/m ²	
5.	Podać producenta i nazwę tkanin, z których uszyte są oferowane fartuchy	
6.	Poły fartucha zakładane na siebie i wiązane z tyłu (na wysokości pasa) na troki, a w górnej części (na wysokości szyji) na troki lub nierdzewne napy	
7.	Szew łączący poszczególne elementy fartucha kryty-zawijany (Zamawiający dopuszcza aby szew łączący ściągacz z rękawem i rękaw z fartuchem nie był kryty-zawijany, jednak połączenie musi być trwałe i dobrze zabezpieczone przed snuciem nitki z tkaniny), dwuigłowy, stębnowany podwójnym ścięciem (Zamawiający dopuszcza aby połączenie ściągacza z rękawem nie było stębnowane)	
8.	Rękawy wykończone ściągaczem	
9.	W rozmiarach: M, L, XL, XXL	
10.	Kolor zielony	
11.	Wielokrotnego użycia, zachowujące pełną barierowość przez okres co najmniej 100 cykli prania, suszenia, sterylizacji bez konieczności dodatkowej impregnacji	
12.	Temperatura prania minimum 70 ⁰ C, temperatura sterylizacji 134 ⁰ C	
13.	Do oferty załączona 1 sztuka oferowanego fartucha (w dowolnym rozmiarze)	
14.	Do oferty załączone karty techniczne tkanin użytych do uszycia zaoferowanych fartuchów	
15.	Do oferty załączony opis (charakterystyka) zaoferowanych wyrobów wystawiony przez producenta (w szczególności w formie aktualnych katalogów, folderów, ulotek informacyjnych).	
16.	Do oferty załączone wyniki badań potwierdzające spełnianie standardowych wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych fartuchów chirurgicznych lub tkanin, z których uszyte zostaną zaoferowane fartuchy chirurgiczne przeprowadzone zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wmagane parametry	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
17.	Do oferty załączony opis warunków: prania, suszenia, konserwacji, sterylizacji, i istotnych zastrzeżeń w tym zakresie, przy czym jeżeli konserwacja nie jest wymagana to w ofercie musi być zawarta informacja w tym zakresie.	
18.	Zaoferowane fartuchy posiadają dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679 z póź.zm.)	
19.	Do oferty załączona deklaracja zgodności i potwierdzenie zgłoszenia wyrobu lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 107 z 2010r. poz.679 z póź. zm.) lub przeniesienie na podstawie art. 133 ust. 2 w/w ustawy danych dotyczących wyrobu do bazy danych, o której mowa w art. 64 ust. 1 w/w ustawy	
	Pozycja 2 - Ubrania operacyjne	
1.	Ubrania operacyjne wielokrotnego użytku	
2.	Spełniające wymagania normy PN-EN 13795:2011+A1:2013 lub równoważnej	
3.	Wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego lub bawełniano-poliestrowej; wymagany skład: 50 - 60% bawełna, 40 -50 % poliester, gramatura 123 - 160g/m ²	
4.	Podać producenta i nazwę tkaniny, z której uszyte są oferowane ubrania	
5.	W komplecie bluza i spodnie	
6.	Bluza zakładana przez głowę, z krótkim rękawem, dekolt w serek, z 3 kieszeniami (2 w dolnej części przodu, jedna u góry z lewej strony)	
7.	Spodnie: proste, z gumą w pasie, wiązane z przodu na troki	
8.	W rozmiarach: M, L, XL, XXL	
9.	Kolor zielony	
10.	Temperatura prania min 70 ⁰ C	
11.	Do oferty załączony 1 komplet oferowanego ubrania (w dowolnym rozmiarze)	
12.	Do oferty załączone karty techniczne tkanin użytych do uszycia zaoferowanych ubrań operacyjnych	
13.	Do oferty załączony opis (charakterystyka) zaoferowanych wyrobów wystawiony przez producenta (w szczególności w formie aktualnych katalogów, folderów, ulotek informacyjnych).	
14.	Do oferty załączone wyniki badań potwierdzające spełnianie wymagań użytkowych dla właściwości zaoferowanych ubrań chirurgicznych lub tkanin, z których uszyte zostaną zaoferowane ubrania chirurgiczne przeprowadzone zgodnie z metodami badań określonymi w załączniku B do normy PN-EN 13795:2011+A1:2013	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wmagane parametry	Parametry oferowane. Padać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
15.	Do oferty załączony opis warunków: prania, suszenia, konserwacji, i istotnych zastrzeżeń w tym zakresie, przy czym jeżeli konserwacja nie jest wymagana to w ofercie musi być zawarta informacja w tym zakresie.	
16.	Zaoferowane ubrania operacyjne posiadają dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679 z póź.zm.)	
17.	Do oferty załączona deklaracja zgodności i potwierdzenie zgłoszenia wyrobu lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 107 z 2010r. poz.679 z póź. zm.) lub przeniesienie na podstawie art. 133 ust. 2 w/w ustawy danych dotyczących wyrobu do bazy danych, o której mowa w art. 64 ust. 1 w/w ustawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty