



Znak: AE/ZP-27-89/15

Tarnów, 2016-01-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z cewnikiem dwukanałowym 12Fr/15 cm długości składający się z elementów: cewnik dwukanałowy 12Fr (z nadrukiem objętości na zaciskach) do krótkich hemodializ o efektywnym przepływie krwi przez kanał powyżej 250 ml/min, igła 18G o długości 7 cm, przewód stalowy 0,038 o długości 70 cm, rozszerzacz naczyniowy 11Fr, koreczki?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika dwuświatłowodowego, poliuretanowego, wykonanego z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów z zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14Fr i długości 17 cm, 2 z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z ni tinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, mini skalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 Fr x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 Fr x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z drenem bąbelkowym sterującym zastawką o średnicy 4-8 mm i drenem bąbelkowym ciśnieniowym o średnicy 4-8 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści gólarę grzebykową z ostrzem oraz grzebieniem zapobiegającym zapychaniu się ostrza o szerokości ok. 36 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarze S (290 mm – 355 mm); M (310 mm – 375 mm); L (330 mm – 395 mm)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** również opisanych w pytaniu cewników, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** cewników opisanych w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** obwodów oddechowych z drenem bąbelkowym sterującym zastawką o średnicy 4-8 mm i drenem bąbelkowym ciśnieniowym o średnicy 4-8 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** gólares opisanych w pytaniu

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** okularów do fototerapii w rozmiarach podanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a