



Znak: AE/ZP-27-89/15

Tarnów, 2016-01-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 15cmx36,5cm z obszarem lepym 15cmx28cm, spełniającym pozostałe wymogi SIWZ.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 28cmx38,5cm z obszarem lepym 28cmx30cm, spełniającym pozostałe wymogi SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 45cmx63,5cm z obszarem lepym 45cmx55cm, spełniającym pozostałe wymogi SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje folii chirurgicznej konfekcjonowanej a 10 sztuk
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający oczekuje aby rurka posiadała znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheotomijnej Biesalskiego, bez mankieta uszczelniającego, zwężająca się stożkowato ku dołowi, z 2 wymiennymi kodowanymi kolorystycznie kaniulami wewnętrznymi, z łącznikiem 15 mm, zastawką fonacyjną, nakładką przeciwkaszlową, opaska mocująca na szyję zapinana na rzep
7. **Pakietu Nr 2 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej, z mankietem niskociśnieniowym, w zestawie z rurką, dwie kodowane kolorystycznie kaniule wewnętrzne z konektorem 15 mm i pierścieniem mocującym, opaska mocująca na szyję, zapinana na rzep, mandryn
8. **Pakietu Nr 2 poz. 6.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnic w rozmiarach: CH 6 długość 270 cm średnica 2.00; CH 10 długość 34cm średnica 3.00; CH12 długość 37cm średnica 4.00; CH14 długość 37cm średnica 5.00. Pasujące do rurek intubacyjnych we wszystkich dostępnych na rynku rozmiarach?
9. **Pakietu Nr 2 poz. 8.** Prosimy o dopuszczenie modułowego systemu do odsysania składającego się z oddzielnie pakowanych: sterylnego cewnika oraz mikrobiologicznie czystego adaptera do dróg oddechowych o kącie 45 stopni z samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką uszczelniającą cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej lub z tracheotomijnej. Adapter do dróg oddechowych na 7 dni, cewniki na 72 godziny, kodowane kolorem w rozmiarach 10, 12, 14 i 16 o długości dla rurek intubacyjnych 54 cm, dla rurek tracheotomijnych długości 34 cm oraz dla rozmiarów noworodkowo-pediatrycznych 5, 6, 7 i 8 o długości 31 cm. System z obrotowym portem do przepłukiwania, bez portu do MDI, cewniki dziecięce z czarną obwódką, dla dorosłych bez znacznika, obydwa skalowane co 1 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi ułożonymi po obu stronach naprzemiennie.
10. **Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga żeby kraniki trójdrożne z przedłużaczem posiadały dodatkowy port do iniekcji?
11. **Pakietu Nr 6 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego.

12. **Pakietu Nr 6 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego jednorurowego dwuświatłowego z pionową membraną, o śr 22 mm do respiratora o długości 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność grzania powietrza wydychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min i długości układu 10 cm. Waga układu 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm
13. **Pakietu Nr 6 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników biologicznie czystych
14. **Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do karmienia mają mieć zaokrągloną końcówkę, w celu nietraumatyzowania błony śluzowej?
15. **Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarze F12, F14 i F16 pakowanych w sposób nie powodujący zamykania światła cewnika
16. **Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?
17. **Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy cewniki do odsysania powinny mieć zmatowioną powierzchnię oraz otwory boczne o łącznej średnicy mniejszej od otworu centralnego, co zapobiega przesuwaniu się cewnika otworami bocznymi do rurki intubacyjnej- szczególnie w małych rozmiarach eliminując ryzyko przypadkowej ekstubacji?
18. **Pakietu Nr 8 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, dla rozmiarów F4-F5 i F6 o długości 33 cm, pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ.
19. **Pakietu Nr 8 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehr , rozpiętość ramion 50x16 cm, CH 10
20. **Pakietu Nr 8 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego bez centralnego otworu

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** folii operacyjnej o rozmiarze całkowitym 15 cm x 36,5 cm z obszarem lepym 15x28 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** folii operacyjnej o rozmiarze całkowitym 28 cm x 38,5 cm z obszarem lepym 28x30 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** folii operacyjnej o rozmiarze całkowitym 45 cm x 63,5 cm z obszarem lepym 45x55 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający w żadnym z zapisów SIWZ nie ujął wymogu aby folia oferowana w **Pakiecie Nr 1** był pakowana po 10 szt. i nie wprowadza w tym zakresie zmian. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby oferowane folie były konfekcjonowane po 10 sztuk.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** rurki intubacyjne zbrojne posiadały znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** opisanych w pytaniu rurek tracheostomijnych.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** opisanych w pytaniu rurek tracheostomijnych.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** przewodnic w rozmiarach: CH 6 długość 270 cm średnica 2.00; CH 10 długość 34cm średnica 3.00; CH12 długość 37cm średnica 4.00;



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



CH14 długość 37cm średnica 5.00 pasujące do rurek intubacyjnych we wszystkich dostępnych na rynku rozmiarach, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 8** opisanego w pytaniu modułowego systemu do odsysania.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** kraniki trójdrożne z przedłużaczem posiadały dodatkowy port do iniekcji.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** układu oddechowego biologicznie czystego, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ oferowane układy winny być sterylne.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** jednorazowego układu oddechowego opisanego w pytaniu.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** łączników biologicznie czystych, zgodnie z wymaganiem określonym w SIWZ oferowane łączniki winny być sterylne.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** cewniki do karmienia miały zaokrągloną końcówkę.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** cewników w rozmiarze F12, F14 i F16 pakowanych w sposób nie powodujący zamykania światła cewnika, pod warunkiem, że oznacza to cewniki pakowane prosto.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** cewniki do odsysania miały zróżnicowane kolorem nasadki jak również były wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** cewniki do odsysania miały zmatowioną powierzchnię oraz otwory boczne o łącznej średnicy mniejszej od otworu centralnego.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** cewników z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, dla rozmiarów F4-F5 i F6 o długości 33 cm, pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** drenu Kehr, rozpiętość ramion 50x16 cm, CH 10, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 4** zgłębnika żołądkowego bez centralnego otworu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

