



Znak: AE/ZP-27-02/16

Tarnów, 2016-01-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę testów do badań mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD? Krażki produkowane są zgodnie z zaleceniami EUCAST i posiadają pozytywną opinię wielu laboratoriów diagnostycznych.
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w ogólnych warunkach umowy pkt XIV ppkt 9 SIWZ tj. zmianę kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę deklarowanego terminu realizacji reklamacji w pkt VI. SIWZ z dni kalendarzowych na „robocze”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego d/s Lekowrażliwości na testy paskowe do oznaczania wartości MIC oferowane w **Pakiecie Nr 5.**

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę deklarowanego terminu realizacji reklamacji w pkt VI. SIWZ z dni kalendarzowych na „robocze”.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a