

Znak: AE/ZP-27-04/16

Tarnów, 2016-02-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę zestawu do laparoskopii 1szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7** – Czy zamawiający będzie wymagał rozdzielczości kamery 1920x1080p?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7** – Czy zamawiający dopuści monitor bez gniazda HDMI ze względu na wymagane dwa gniazda DVI (sygnał równoważny)?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7** – Czy zamawiający będzie wymagał zaoferowania insuflatora z funkcją irygacji dwutlenkiem węgla?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.34** – Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu w punkcie 34 (Możliwość sterowania włączenia i wyłączenia źródła światła za pomocą przycisków na głowicy kamery)?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.33** – Czy zamawiający dopuści w punkcie 33 światłowód wysokiej przepustowości o średnicy wiązki 4,8 mm?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.8** – Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w punkcie 8, możliwość sterylizacji kamery (kamera autoklawowalna)?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.VII.50** – Czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu ze względu na zapis w pkt. 52, który spełnia sterownik w zestawieniu z mikromotorem tzn. „mikromotor, o prędkości obrotowej dostosowanej do ścinania tkanek w operacjach ginekologicznych”?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.VII.54** – Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „przycisk nożny uruchamiający morcelator” ze względów bezpieczeństwa pacjenta?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.VII.56** – Czy Zamawiający zamiast „nóż morcelatora, wielorazowy, autoklaw owalny z systemem chowania ostrza przy wprowadzaniu do otrzewnej” będzie wymagał wielorazowe ostrza działające przeciwbieżnie o ostrzu w kształcie fali bądź ząbków?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.VII.59** – Czy Zamawiający zamiast „manipulator maciczny podświetlany” będzie wymagał manipulatora macicy podciśnieniowego wg prof. Kurta Semma?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający zmienia zapis pkt.I.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści: „Rozdzielczość kamery minimum 1920x1080” na zapis o treści: „Rozdzielczość kamery faktyczna (nie podnoszona elektronicznie) minimum 1920x1080”

Ad.2.

Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 25.01.2016r dokonał zmiany treści SIWZ poprzez usunięcie w Załączniku Nr 7 do SIWZ zapisu dotyczącego pkt.II tj. wierszy od nr II.9 do nr II.19. Tym samym Zamawiający usunął wymóg dotyczący zaoferowania monitora medycznego. W związku z powyższym pytanie jest bezpodstawne.

Ad.3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.4.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie światłowodu wysokiej przepustowości o średnicy wiązki 4,8 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.6.

Zamawiający w Załączniku Nr 7 do SIWZ usuwa zapis dotyczący pkt. I.8 o treści: „Możliwość sterylizacji kamery (kamera autoklawowalna)”. Numeracja wierszy po usunięciu pkt.I.8 pozostaje bez zmian.

Ad.7.

Zamawiający w Załączniku Nr 7 do SIWZ usuwa zapis dotyczący pkt. VII.50 o treści: „Sterownik morcelatora - możliwość regulacji wartości prędkości maksymalnej noża w zakresie 100 – 1000 obr/min. Wyświetlacz zakresu obrotów jak i przyciski sterujące, w tym przycisk umożliwiający wybór kierunku obrotu.”. Numeracja wierszy po usunięciu pkt.VII.50 pozostaje bez zmian.

Ad.8.

Zamawiający zmienia zapis pkt.VII.54 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści: „Przycisk nożny uruchamiający morcelator.” na zapis o treści: „Przycisk nożny lub ręczny uruchamiający morcelator.”

Ad.9.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.VII.56 wielorazowe ostrza działające przeciwbieżnie o ostrzu w kształcie fali bądź ząbków.

Ad.10.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad. 1, Ad.6, Ad.7 i Ad.8 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 14.03.2016r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 14.03.2016r godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, Załącznika Nr 7 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a