



Znak: AE/ZP-27-06/16

Tarnów, 2016-02-05

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę przenośnego aparatu USG dla potrzeb Stacji Dializ**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający w ramach rękojmi może żądać wg własnego wyboru wymiany aparatu na nowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby prawo wymiany aparatu na nowy przysługiwało w przypadku 3 napraw tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancji?
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu cyfrowy aparat USG o wadze 7,7 kg znacznie przewyższający klasą wymagania aparatu ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pktXIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG o wadze 7,7 kg.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a