

Wymagane i oferowane parametry techniczne przenośnego aparatu USG

Lp	Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne i funkcjonalne	Warunek graniczny Punktacja w kryterium „okres gwarancji” oraz „parametry techniczne”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1	Aparat USG przenośny, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2015	Tak, podać	
2	Min . 12 calowy monitor LCD z możliwością odchylenia, o rozdzielczości min. 1024 x 768	Tak, podać Warunek min tj.12 cali - 0 pkt, Maksymalna wartość cali - 1 pkt, Pozostałe proporcjonalnie	
3	Zasilanie sieciowe 220-240/10 A	Tak	
4	Waga maksymalna 6 kg	Tak, podać	
5	Obrazowanie minimalne w trybie B, 2B, 4B, M-mode , harmoniczne THI oraz wieloczęstotliwościowe	Tak, podać	
6	Poziom dynamiki systemu min.158 dB	Tak, podać Warunek min. tj.158 dB - 0 pkt, Maksymalna wartość - 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie	
7	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej	Tak	
8	Liczba stopni skali szarości: min.256	Tak, podać	
9	Min.2 aktywne porty głowic obrazowych	Tak, podać	
10	Powiększenie obrazu min.8x	Tak, podać	
11	Możliwość pracy przy wyłączonym zasilaniu zewnętrznym na wbudowanym akumulatorze min.30 min	Tak, podać	
12	Urządzenie wskazujące-trackball	Tak	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

13	Oprogramowanie: brzuszne, ginekologiczne, położnicze, kardiologiczne, urologiczne, naczyniowe i do badania małych narządów	Tak	
14	Wbudowany system archiwizacji obrazów oraz wyjście cyfrowe USB umożliwiające archiwizację na zewnętrznym nośniku	Tak	
15	Możliwość przesyłania danych na komputer w formacie DICOM 3.0	Tak	
16	Głowica konweksowa do badań brzusznych o częstotliwości min. od 2 do 6 MHz, promieniu min. 50 mm oraz kącie obrazowania min. 65 stopni	Tak, podać Warunek min.2-6 MHz - 0 pkt Zakres szerszy niż 2-6 MHz –1pkt	
17	Fabrycznie nowa torba służąca do bezpiecznego transportu aparatu	Tak	
18	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu USG, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym	Tak, podać Warunek min.- 0 pkt, Maksymalna wartość - 1 pkt, Pozostałe proporcjonalnie	
19	Wszystkie obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty	Tak	
20	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczonego aparatu wraz z dostawą	Tak	
21	Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy	Tak	
22	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcia (fotografię).	Tak	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

23	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego aparatu min.1 dzień roboczy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego poprzedzającym protokolarny odbior uruchomionego aparatu USG	Tak, podać	
----	--	------------	--

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty