



Znak: AE/ZP-27-08/16

Tarnów, 2016-02- 17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę: wózków do przewożenia chorych, wózków inwalidzkich, stołu zabiegowego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek o całkowitych wymiarach 750 x 2100 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 66 do 103 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek o dopuszczalnym obciążeniu 200 kg?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół o całkowitych wymiarach 210 x 75 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości leża w zakresie od 60 do 100 cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców w zakresie od -13⁰ do 72⁰?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu nóg w zakresie od -50⁰ do 0⁰?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: szerokość całkowita: 88 cm, długość całkowita 215 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: szerokość materaca 67 cm, długość materaca 200 cm, wysokość 10 cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: koszyk na butlę z tlenem, wieszak na kroplówkę, 4 koła jezdne o średnicy 15 cm, uchwyt na prześcieradło w rolce, 4 krążki odbojowe, 2 chromowane barierki boczne, pod wózkiem koszyk na koc lub ubranie?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: dźwignia regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna od strony wezgłowia.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: wózek bez listwy aluminiowej wyposażonej w 2 przesuwne uchwyty?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: wózek bez nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony wezgłowia i nóg?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: wózek bez osłony wykonanej z tworzywa ABS?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o bezpiecznym obciążeniu 200 kg w każdej pozycji oraz bezpiecznym obciążeniu 250 kg – w minimalnej pozycji horyzontalnej (leże wózka ustawione w najniższej pozycji, poziomo, o „0” kącie nachylenia?

17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy czterosegmentowy, ale bez segmentu nóg (zdjęcie poniżej)?



19. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 760-1060 mm?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy bez koszyka na butlę tlenową?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym konstrukcja wykonana jest z kolumn wznoszących?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym leże wypełnione jest tworzywową płytą ABS?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma następujące wymiary zewnętrzne: 920x2282mm?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma następujące wymiary materaca: 750x2050mm?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, który, regulację wysokości ma w zakresie 58-91cm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, który regulację segmentu uda ma w zakresie 0-26°?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, który nie posiada pod leżem po obu stronach wózka listwy aluminiowej i długości min. 60 cm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, który nie jest wyposażony w nierdzewne szyny o długości min 60 cm umieszczone pod dźwigniami przechylów od strony wezglowia i nóg umożliwiające zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, który barierki boczne o długości 1250mm, składane za pomocą jednego przycisku?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, który podstawę wózka ma wykonaną z tworzywa ABS, zamontowaną na stałe, z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem oraz wyprofilowanym miejscem na rękę pacjenta?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wieszak na kroplówki ma 2 haczyki?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wysokość leża w zakresie 625-995mm?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, który regulację anty-Trendelenburga ma w zakresie 0-7°?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 225kg?

35. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym materac jest w kolorze czarnym?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół, który tapicerkę stołu ma w kolorze innym niż jasnoniebieski np.: czarnym?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół, który regulację wysokości blatu ma w zakresie 650-1020mm?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół, który regulację pochylenia nóg ma w zakresie -90 do 4⁰?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści stół, który zamiast koszyka na butlę tlenową posiada uchwyt na butlę z tlenem?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - leże wózka mocowane na dwóch kolumnach, gwarantujących stabilność?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie na całej długości leża wózka?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - szerokość całkowita wózka: 81 cm, długość całkowita wózka: 206 cm?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - szerokość materaca 69 cm, długość materaca 199 cm, wysokość 10 cm?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - wysokość wózka regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 60 – 90 cm?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja w zakresie: 0-72° - regulacja płynna?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja w zakresie: 0-19° - regulacja płynna?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - pozycja Trendelenburga uzyskiwana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0-14,5°?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - pozycja anti-Trendelenburga uzyskiwana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0-14,5°?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - dźwignie regulacji przechyłów Trendelenburga i anti-Trendelenburga dostępne po obu stronach leża od strony wezglowia?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - pod leżem po obu stronach wózka listwa chromowana o długości ok. 40 cm do mocowania wyposażenia dodatkowego?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w chromowaną szynę o długości ok. 30 cm umieszczoną od strony wezglowia umożliwiającą zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej?

54. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - barierki boczne o długości ok. 150 cm, składane za pomocą jednego przycisku?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża?
56. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?
57. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - podstawa wózka osłonięta obudową, wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na minimum 2-litrową butlę z tlenem zabezpieczaną zapinanym paskiem oraz wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - dopuszczalne obciążenie wózka 320 kg?
59. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - cztery koła jezdne o średnicy 20 cm, wyposażone w centralną blokadę. Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole?
60. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - w cenie wózka uwzględnione następujące wyposażenie:
- materac; kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego, minimum 8 dostępnych kolorów,
 - dwie składane (do boków) barierki boczne, chromowane, wykończone estetycznym tworzywem,
 - wieszak kroplówki z 2 haczykami,
 - uchwyt na prześcieradło jednorazowe w rolce,
 - cztery krążki odbojowe,
 - obudowa podstawy wózka?
61. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - powierzchnie wózka łącznie z materacem odporne na środki myjące dezynfekcyjne?



(Zdjęcie ma charakter poglądowy)

62. **Dotyczy SIWZ.** Czy Zamawiający przychyli się do prośby i uzna, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie w pakiecie nr 1 spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca ten przedstawi wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, dwóch dostaw łóżek szpitalnych, rehabilitacyjnych lub na OIOM o wartości min 82.300,00 PLN każda?
63. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z leżem mocowanym na podwoziu na dwóch kolumnach?

64. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wózki posiadały nowoczesną konstrukcję opartą na dwóch kolumnach?
65. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki o długości całkowitej 210 cm?
66. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem o długości 192 cm?
67. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem o grubości 6 cm ?
68. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z wysokością leża regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 56 – 89 cm (bez materaca) oraz 62 – 95 cm (z materacem) ?
69. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z ruchomym segmentem uda regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-30°? Regulacja odbywa się w sposób płynny.
70. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z pozycją Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą dźwigni? Regulacja odbywa się w sposób płynny w zakresie 0-15°?
71. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z pozycją anty-Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą dźwigni? Regulacja odbywa się w sposób płynny w zakresie 0-15°?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z pozycjami Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwanych za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą dźwigni umieszczonych od strony nóg?
73. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki bez listwy aluminiowej wyposażonej w dwa przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego?
74. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki bez dodatkowych, nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z barierkami bocznymi o długości 115 cm ?
76. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z barierkami bocznymi składanymi przy użyciu jednego, wygodnego zatrzasku?
77. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z możliwością montażu wieszaka kroplówki w dwóch narożnikach leża (od strony głowy pacjenta)?
78. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z podstawą osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem zabezpieczoną paskami zapinanymi na rzepy oraz z dodatkowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta zamontowanym pod leżem od strony nóg? Osłona podstawy wózka, wykonana z tworzywa ABS nie posiada możliwości łatwego demontażu?
79. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z dopuszczalnym obciążeniem 220 kg ?
80. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki bez uchwytu do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku?
81. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 6 kolorów?

82. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 3 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z leżem mocowanym na tzw. konstrukcji pantografowej?



83. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 5 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z trzema tunelami na kasetę RTG – w oparciu pleców, w części środkowej oraz w części nożnej?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki o długości 200 cm ?
85. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem o grubości 6 cm ?
86. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 6 kolorów?
87. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki bez uchwytu do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku?
88. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki, w których funkcję kosza na rzeczy pacjentów spełnia odpowiednio wyprofilowana osłona podwozia wózka wykonana z tworzywa ABS?
89. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem składającym się z dwóch segmentów z ruchomym oparciem pleców oraz stałym segmentem nóg? Dotyczy punktu 4 oraz 10 tabeli technicznej.
90. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 2090 mm?
91. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 790 mm?
92. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, w którym szerokość materaca wynosi 650 mm?
93. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, w którym długość materaca wynosi 1920 mm?
94. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm?
95. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z dźwignią regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną tylko od strony nóg pacjenta?
96. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez dodatkowych umieszczonych pod leżem po bokach aluminiowych listew wyposażonych w przesuwne uchwyty?
97. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez dodatkowych nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony wezglowia i nóg, do mocowania dodatkowej aparatury?

- 98. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający podstawę osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na rękę pacjenta oraz z dodatkowym koszem na butlę tlenową zawieszanym pod leżem od strony segmentu głowy?
- 99. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający podstawę osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS składającą się z dwóch części, z możliwością łatwego demontażu jednej z nich znajdującej się pod segmentem nóg pacjenta?
- 100. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg?
- 101. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, posiadający jedną dźwignię centralnej blokady kół w formie poziomej dźwigni ze stali nierdzewnej, umieszczoną na całej szerokości podstawy od strony nóg pacjenta?
- 102. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, posiadający barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?
- 103. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez uchwyty do montażu prześcieradła jednorazowego użytku?
- 104. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 2090 mm?
- 105. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 790 mm?
- 106. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg?
- 107. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, posiadający barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?
- 108. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez uchwyty do montażu prześcieradła jednorazowego użytku?
- 109. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie od 620 do 1060 mm?
- 110. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni?
- 111. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z blatem składającym się z czterech segmentów: segment podglówka, segment barkowy, segment plecowo-lędźwiowy stanowiący oparcie pleców w pozycji siedzącej oraz segment nóg stanowiącym jednocześnie segment siedziska w pozycji siedzącej?
- 112. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z segmentem nożnym bez możliwości jego regulacji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka o całkowitych wymiarach 750 x 2100 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka z regulacją wysokości leża w zakresie od 66 do 103 cm.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka o dopuszczalnym obciążeniu 200 kg.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu o całkowitych wymiarach 210 x 75 cm.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel. (014) 63 10 100 - fax (014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu z regulacją wysokości w zakresie od 60 do 100 cm.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu w z regulacją segmentu pleców w zakresie od -13^0 do 72^0 , pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu z regulacją segmentu nóg w zakresie od -50^0 do 0^0 .

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka o szerokość całkowitej 88 cm, długości całkowitej 215 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka o szerokość materaca 67 cm, długości materaca 200 cm, wysokość 10 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z: koszykiem na butlę z tlenem, wieszakiem na kroplówkę, 4 kołami jezdnyimi o średnicy 15 cm, uchwytem na prześcieradło w rolce, 4 krążkami odbojowymi, 2 chromowanymi barierkami bocznymi, z koszykiem na koc lub ubranie pod wózkiem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z dźwignią regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępną tylko od strony wezglowia, dźwignia przechyłów winna być dostępna zarówno od strony wezglowia jak i nóg.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka bez listwy wyposażonej w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka bez nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony wezglowia i nóg, umożliwiających zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka bez wykonanej z tworzywa ABS osłony podstawy wózka.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych o bezpiecznym obciążeniu 200 kg w każdej pozycji ustawienia leża oraz bezpiecznym obciążeniu 250 kg – w minimalnej pozycji horyzontalnej (leże wózka ustawione w najniższej pozycji, poziomo, o „0” kącie nachylenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu zabiegowego czterosegmentowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym stół musi posiadać segment nóg.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu zabiegowego z regulacją wysokości w zakresie 760-1060 mm.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu zabiegowego bez koszyka na butlę tlenową.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, w którym konstrukcja wykonana jest z kolumn wznoszących.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, w którym leże wypełnione jest tworzywową płytą ABS, pod warunkiem że płyta ta jest przezierna dla promieni RTG, a wózek spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który ma wymiary zewnętrzne: 920x2282mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.



Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który ma wymiary materaca: 750x2050mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który ma regulację wysokości w zakresie 58-91cm.

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który ma regulację segmentu uda w zakresie 0-26°, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który nie posiada pod leżem po obu stronach wózka listwy aluminiowej i długości min. 60 cm wyposażonej w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego.

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który nie jest wyposażony w nierdzewne szyny o długości min 60 cm umieszczone pod dźwigniami przechyłów od strony wezglowia i nóg umożliwiające zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej.

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który posiada barierki boczne o długości 1250 mm, składane za pomocą jednego przycisku, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który ma podstawę wózka wykonaną z tworzywa ABS, zamontowaną na stałe, z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem oraz wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, w którym wieszak na kroplówki ma 2 haczyki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka, w którym regulacja wysokość leża jest w zakresie 625-995 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka, który regulację anty-Trendelenburga ma w zakresie 0-7°, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka, w którym dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 225kg.

Ad. 35 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka, w którym materac jest w kolorze czarnym.

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu, który ma tapicerkę w kolorze innym niż jasnoniebieski ale nie czarnym, pod warunkiem możliwości wyboru spośród co najmniej 5 kolorów oraz spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 37 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu, który regulację wysokości blatu ma w zakresie 650-1020mm.

Ad. 38 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu, który regulację pochylenia nóg ma w zakresie -90 do 4°.

Ad. 39 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu, który zamiast koszyka na butlę tlenową posiada uchwyt na butlę z tlenem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który ma konstrukcję wykonaną z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z leżem mocowanym na dwóch kolumnach.

Ad. 42 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z leżem czterosegmentowym z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 43 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, który pod leżem ma prowadnicę na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie na całej długości leża wózka, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 44 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka o szerokości całkowitej wózka: 81 cm, długości całkowitej wózka 206 cm.

Ad. 45 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z materacem o szerokości 69 cm i długości 199 cm, wysokości 10 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 46 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, w którym wysokość wózka regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 60 – 90 cm.

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z ruchomym segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja w zakresie: 0-72° - regulacja płynna, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka, w którym ruchomy segment uda regulowany jest w zakresie: 0-19°, dopuszcza natomiast żeby regulacja była płynna za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.

Ad. 49 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z pozycją Trendelenburga uzyskiwaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0-14,5°, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 50 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z pozycją anty-Trendelenburga uzyskiwaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0-14,5°, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 51 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z dźwigniami regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępnymi po obu stronach leża od strony wezglowia.

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka posiadającego pod leżem po obu stronach wózka listwę chromowaną o długości ok. 40 cm do mocowania wyposażenia dodatkowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka wyposażonego w chromowaną szynę o długości ok. 30 cm umieszczoną od strony wezglowia umożliwiającą zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 54 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka posiadającego barierki boczne o długości ok. 150 cm, składane za pomocą jednego przycisku, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z możliwością montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z możliwością zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 57 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z podstawą osłoniętą obudową, wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na minimum 2-litrową butlę z tlenem zabezpieczoną zapinanym paskiem oraz wyprofilowanym miejscem na rękę pacjenta, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 58 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z dopuszczalnym obciążeniem 320 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 59 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z czterema kołami jezdnyimi o średnicy 20 cm, wyposażonymi w centralną blokadę, dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 60 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z uwzględnionym w cenie wózka następującym wyposażeniem:

- materac; kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego, minimum 8 dostępnych kolorów,
- dwie składane (do boków) barierki boczne, chromowane, wykończone estetycznym tworzywem,
- wieszak kropłówki z 2 haczykami,
- uchwyt na prześcieradło jednorazowe w rolce,
- cztery krążki odbojowe,
- obudowa podstawy wózka,

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 61 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka z powierzchniami wózka łącznie z materacem odpornymi na środki myjące dezynfekcyjne, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 62 Zamawiający uzna, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie w **Pakiecie Nr 1** spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, również w przypadku gdy Wykonawca ten przedstawi wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, dostawy łóżek szpitalnych, rehabilitacyjnych lub na OIOM o wartości min 82.300,00 PLN. (**Uwaga! Zmiana treści SIWZ w punkcie IV.2.2).**

Ad. 63 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z leżem mocowanym na podwoziu na dwóch kolumnach.

Ad. 64 Zamawiający nie tylko nie wymaga ale również nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z konstrukcją opartą na dwóch kolumnach.

Ad.65 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków o długości całkowitej 210 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.66 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z materace o długości 192 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. .

Ad. 67 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z materacem o grubości 6 cm..

Ad. 68 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z wysokością leża regulowaną w zakresie 56 – 89 cm (bez materaca) oraz 62 – 95 cm (z materacem).

Ad. 69 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z ruchomym segmentem uda regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-30⁰, z regulacją odbywającą się w sposób płynny, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 70 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z pozycją Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą dźwigni, z regulacją odbywającą się w sposób płynny w zakresie 0-15⁰, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 71 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z pozycją anty-Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą dźwigni, z regulacją odbywającą się w sposób płynny w zakresie 0-15⁰, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 72 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z pozycjami Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwanych za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą dźwigni umieszczonych od strony nóg, dźwignia przechyłków winna być dostępna zarówno od strony wezgłowia jak i nóg.

Ad. 73 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków bez listwy wyposażonej w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego.

Ad. 74 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków bez nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony wezglowia i nóg, umożliwiających zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej.

Ad. 75 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z barierkami bocznymi o długości 115 cm..

Ad. 76 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z barierkami bocznymi składanymi przy użyciu jednego, wygodnego zatrzasku, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 77 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z możliwością montażu wieszaka kroplówki tylko w dwóch narożnikach leża (od strony głowy pacjenta)

Ad. 78 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z podstawą osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS nie posiadającą możliwości łatwego demontażu, z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem zabezpieczoną paskami zapinanymi na rzepy oraz z dodatkowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta zamontowanym pod leżem od strony nóg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 79 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków o dopuszczalnym obciążeniu 220 kg, pod warunkiem, że dotyczy to ustawienia leża wózka w każdej wymaganej pozycji oraz spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 80 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków bez uchwytu do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.

Ad. 81 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózków z materacem z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 6 kolorów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 82 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózków z leżem mocowanym na tzw. konstrukcji pantografowej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 83 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózków z trzema tunelami na kasetę RTG – w oparciu pleców, w części środkowej oraz w części nożnej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 84 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózków, o długości całkowitej 200 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 85 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózków, który z materacem o grubości 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 86 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózków z materacem z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 6 kolorów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 87 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózków bez uchwytu do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.

Ad. 88 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózków, w których funkcję kosza na rzeczy pacjentów spełnia odpowiednio wyprofilowana osłona podwozia wózka wykonana z tworzywa ABS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 89 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych z leżem składającym się z dwóch segmentów z ruchomym oparciem pleców oraz stałym segmentem nóg.

Ad. 90 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 2090 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 91 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 790mm.

Ad. 92 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych z materacem, którego szerokość wynosi 650 mm.

Ad. 93 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, z materacem, którego długość wynosi 1920 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 94 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm.

Ad. 95 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną tylko od strony nóg pacjenta.

Ad. 96 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych bez dodatkowych umieszczonych pod leżem po bokach aluminiowych listew wyposażonych w przesuwne uchwyty.

Ad. 97 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych bez dodatkowych nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony wezglowia i nóg, do mocowania dodatkowej aparatury.

Ad. 98 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, posiadającego podstawę osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta oraz z dodatkowym koszem na butlę tlenową zawieszanym pod leżem od strony segmentu głowy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 99 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, posiadającego podstawę osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS składającą się z dwóch części, z możliwością łatwego demontażu jednej z nich znajdującej się pod segmentem nóg pacjenta, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 100 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, o dopuszczalnym obciążeniu 200 kg, pod warunkiem, że dotyczy ono ustawienia leża w każdej pozycji, a dopuszczalne obciążenie oraz bezpiecznym obciążeniu w minimalnej pozycji horyzontalnej (leże wózka ustawione w najniższej pozycji, poziomo, o „0” kącie nachylenia) wynosi 250 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 101 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia posiadającego jedną dźwignię centralnej blokady kół w formie poziomej dźwigni ze stali nierdzewnej, umieszczoną na całej szerokości podstawy od strony nóg pacjenta.

Ad. 102 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, posiadającego barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 103 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wózka do przewożenia chorych bez uchwytu do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.

Ad. 104 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 2090 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 105 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 790 mm.

Ad. 106 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg.

Ad. 107 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka do przewożenia chorych, posiadającego barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 108 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wózka do przewożenia chorych bez uchwytu do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.

Ad. 109 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu zabiegowego z regulacją wysokości w zakresie od 620 do 1060 mm.

Ad. 110 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu zabiegowego z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 111 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz.** stołu zabiegowego z blatem składającym się z czterech segmentów: segment podglówka, segment barkowy, segment plecowo-lędźwiowy stanowiący oparcie pleców w pozycji siedzącej oraz segment nóg stanowiącym jednocześnie segment siedziska w pozycji siedzącej.

Ad. 112 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** stołu zabiegowego z segmentem nożnym bez możliwości jego regulacji.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku Nr 1 do SIWZ

w Pakiecie Nr 1 poz. 1 w kolumnie „Ilość” dotychczasowy zapis o treści::

„13”

zastępuje się zapisem

„15”

Zmiana w treści SIWZ w związku z odpowiedzią w punkcie 62:

Punkt IV.2.2 SIWZ – zapis o treści „Zamawiający uzna że warunek został spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 dostawę: w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3: wózka/wózków do przewożenia chorych/inwalidzkich (...)”

zmienia się na zapis o treści:

„Zamawiający uzna że warunek został spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 dostawę: w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3: wózka/wózków do przewożenia chorych/inwalidzkich, lub łóżek szpitalnych, rehabilitacyjnych lub na OIOM (...)”

W związku z wyżej określonymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

składania ofert do dnia 14 marca 2016 r. godz. 10⁰⁰

otwarcia ofert w dniu 14 marca 2016 r. godz. 11⁰⁰

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I (w zakresie ilości sztuk wózków w pakiecie nr 1), III.11, V, X.1, XI.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Cenowy – Załącznik Nr 1 po dokonanej zmianie w Pakiecie Nr1

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a