



Znak: AE/ZP-27-100/16

Tarnów, 2016-12-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach cuff to tip 19 cm, 23 cm, 27 cm nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści żele do USG a'500 ml?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści żele do EKG a'250 ml?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści żele do Holtera a'250 ml?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający wydzieli pozycję z Pakietu?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 11,5 Fr o długości 15 cm (nr katalogowy: EF-17693), 20 cm (nr katalogowy: EF-17793) i cewnik 12Fr o długości 15 cm (nr katalogowy: EF-17613), 20 cm (nr katalogowy: EF-17713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy

materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą typu „Y” 18Ga x 7 cm, strzykawkę 5 ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10 cm i 12Fr x 15 cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0,038”, dwa koreczki heparynizowane?

8. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu Nr 9 i stworzy osobny pakiet?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający oczekuje aby w zestawie z maską lubrykant (żel) i strzykawka luer-lock?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1 i 2.** Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/papier?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają być sterylizowane radiacyjnie?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Prosimy o sprecyzowanie czy otwory boczne w cewniku Pezzera mają cechować się średnicą nie większą niż 5 mm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają być pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/papier?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** również cewników w zestawach opisanych w pytaniu.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** również cewników w zestawach opisanych w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** żelu do USG w opakowaniach po 500 ml, ponieważ wymagał, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ zaoferowania żelu do USG właśnie w opakowaniach po 500 ml.

Ad. 4 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** żelu do EKG w opakowaniach po 250 ml, ponieważ wymagał, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ zaoferowania żelu do EKG właśnie w opakowaniach po 250 ml.

Ad. 5 Zamawiający nie musi dopuszczać zaoferowania w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** żelu do badań Holtera w opakowaniach po 250 ml, ponieważ wymagał, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ zaoferowania żelu do badań Holtera właśnie w opakowaniach po 250 ml.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie **poz. 1 z Pakietu Nr 7.**

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** cewników w zestawach opisanych w pytaniu.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **poz. 1 z Pakietu Nr 9** i stworzenie osobnego pakietu.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** w zestawie z maską lubrykantu (żelu) i strzykawki luer-lock.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby cewniki zaoferowane w **Pakiecie Nr 8 poz. 1 i 2** były pakowane podwójnie czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



folia/papier, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki winny być sterylne.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby cewniki Pezzera zaoferowane w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** były sterylizowane radiacyjnie, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki winny być sterylne.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby otwory boczne w cewnikach Pezzera zaoferowanych w **Pakiecie nr 8 poz. 3** cechowały się średnicą nie większą niż 5 mm.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby cewniki pezzera oferowane w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** były pakowane podwójnie czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania folia/papier, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki winny być sterylne.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

