

Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 poz. 2
Stymulatory dwujamowe DDDR

L.p.	Parametry wymagane	Podać parametry oferowane	Wymagane
1.	gniazda do elektrod IS-1		wymagane
2.	rok produkcji 2016 lub późniejszy		wymagane
3.	czas do wymiany min 10 lat (100% stymulacji DDD, 2,5V, 60/min, 750Ω		wymagane
4.	częstość stymulacji 30-160 lub więcej		wymagane
5.	możliwość zmiany amplitudy impulsu od min. 0,5 V		wymagane
6.	szerokość impulsu A/V co najmniej od 0,2 do 1,5 ms		wymagane
7.	czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 mV lub szerzej		wymagane
8.	polarność stymulacji, unipolarny, bipolarny we wszystkich ustawieniach		wymagane
9.	A-V delay zależny od częstości rytmu		wymagane
10.	możliwość oceny progu stymulacji		wymagane
11.	funkcja rate adaptive		wymagane
12.	czułość przedsionkowa od 0,2 mV lub niżej		wymagane
13.	automatyczny opis stanu baterii i/lub przewidywanej żywotności stymulatora		wymagane
14.	Zaawansowane opcje histerezy preferujące rytm własny komór		wymagane
15.	funkcja switch mode		wymagane
16.	Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca załączy: paszport urządzenia w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcję (w języku polskim) dla pacjenta, opaskę na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadanego urządzenia		wymagane
17.	na okres żywotności wszczepionych urządzeń dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków w okresie obowiązywania umowy) i serwisowanie (w tym aktualizacja oprogramowania co najmniej raz na 3 miesiące) 2 urządzeń programujących, (w okresie obowiązywania umowy przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego)		wymagane
18.	Do oferty załączone materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia		wymagane

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty