



Znak: AE/ZP-27-15/16

Tarnów, 2016-02- 12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o średnicach: 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0; 4,5 mm oraz w 4 długościach: 5, 10, 15 i 20 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 stentu na platformie stalowej, z biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek z grupy limus o największej lipofilności Biolomius A₉, o średnicach 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; długościach 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm, ciśnienie RBP 16 atm dla średnic 2,25-3,00 oraz 14 atm dla średnic 3,5-4,00, rekomendowanej długości DAPT 12 miesięcy?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w Pakiecie Nr 4 wymagane jest by stent nie posiadał polimeru ani żadnego innego nośnika leku?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści stent na platformie stalowej, bezpolimerowy, uwalniający lek z grupy limus o największej lipofilności Biolomius A₉, o średnicach 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00, długościach 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm, ciśnienie RBP 16 atm dla średnic 2,25 – 3,00 oraz 14 atm dla średnic 3,50-4,00 mm, udokumentowanym odstawieniu DAPT po jednym miesiącu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** cewnika balonowego o średnicach: 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0; 4,5 mm oraz w 4 długościach: 5, 10, 15 i 20 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** stentu na platformie stalowej, dopuszcza natomiast zaoferowanie stentu z biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek z grupy limus o największej lipofilności Biolomius A₉, o średnicach 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; długościach 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm, ciśnienie RBP 16 atm dla średnic 2,25-3,00 oraz 14 atm dla średnic 3,5-4,00, rekomendowanej długości DAPT 12 miesięcy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie będzie doprecyzowywał wymagań dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4** ponieważ wymagania jakie stawia w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 określił w Załączniku Nr 7

Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** stentu na platformie stalowej, dopuszcza natomiast zaoferowanie stentu bezpolimerowego uwalniającego lek z grupy limus o największej lipofilności Biolomius A₉, o średnicach 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00, długościach 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm, ciśnienie RBP 16 atm dla średnic 2,25 – 3,00 oraz 14 atm dla średnic 3,50-4,00 mm, udokumentowanym odstawieniem DAPT po jednym miesiącu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a