



Znak: AE/ZP-27-15/16

Tarnów, 2016-02- 23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentu wieńcowego na cewniku balonowym uwalniającego lek atypoliferacyjny: - ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 mm z przyrostem średnicy wewnętrznej przy RBP 0,49 mm. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego o następujących parametrach:
 - średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00)
 - długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20)
 - dwusegmentowa budowa shaft'u wewnętrznego
 - ciśnienie nominalne 12atm.
 - ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm)
 - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów
 - duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3%.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu DES o następujących parametrach:
 - średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00)
 - długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm
 - stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi.
 - pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego
 - ciśnienie nominalne 11 atm
 - ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm
 - stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %,
 - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018" dla wszystkich rozmiarów
 - profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040",
 - długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm
 - recoil max. 3%
 - duża siła radialna min. 0.26 N/mm
 - możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm)
 - możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury
 - o 2.25 do 2.75;
 - o 2.50-2.75 do 3.50;
 - o 3.00-3.50 do 4.25;
 - o 4.00 do 5.75.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** stentu wieńcowego na cewniku balonowym uwalniającego lek atyproliferacyjny, który przy ciśnieniu RBP dla średnicy 3,0 mm osiąga przyrost średnicy wewnętrznej o 0,49 mm.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** opisanego w pytaniu cewnika balonowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** opisanego w pytaniu stentu DES, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

