

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 1 - Prowadnik diagnostyczny hydrofilny	
1. materiał (podać nazwę); typ z nieruchomym rdzeniem (fixed core); z końcówką "J"	
2. pokrycie - polimer hydrofilny	
3. wymagane średnice (cale) co najmniej: jedna średnica poniżej 0.035 cala; 0,035; 0,038 (wymienić zaoferowane średnice)	
4. wymagane dwie długości dla wymaganych średnic - jedna w zakresie 145 - 150 cm i druga w zakresie 260 - 300 cm (podać długości dla zaoferowanych średnic)	
Pakiet Nr 2 - Prowadnik angioplastyczny wielozadaniowy	
1. do użycia w angioplastyce wieńcowej	
2. długość - wersje w zakresie od 180 cm do 190 cm oraz powyżej 190 cm, średnica 0,014 cala (podać zaoferowane długości)	
3. końcówki proste lub J	
4. końcówka "floppy" o typie "core to tip" lub "shaping ribbon" (podać nazwy zaoferowanych prowadników i typy końcówek)	
5. wymienić nazwy zaoferowanych prowadników dedykowanych do krętych naczyń oraz dających podparcie Extra Support	
Pakiet Nr 3 - Cewnik balonowy angioplastyczny do doprężania stentów	
1. typ - niepodatny (non-compliant) lub podobny (podać nazwę); system monorail rapid exchange (RX); długość robocza powyżej 140 cm (podać długość roboczą zaoferowanego cewnika - w cm)	
2. wymagane średnice (mm) co najmniej: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; podać zaoferowane średnice	
3. wymagane długości (mm): dla systemu 3,0 mm przynajmniej 4 wymiary mieszczące się w zakresie od 6 mm do 40 mm (podać zaoferowane długości)	
4. odpowiedni dla prowadnika o średnicy 0,014 cala	
5. ciśnienie nominalne dla średnicy 3,0 mm równe lub powyżej 10 bar (podać wartość)	
6. ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 mm równe lub powyżej 18 bar (podać wartość i przyrost średnicy w mm)	
7. dołączyć kopię oryginalnej tabeli podatności (compliance chart)	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 4 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym uwalniający lek antyproliferacyjny	
1. materiał - kobalt-chrom lub platyna-chrom; rodzaj użytego leku - wymagany sirolimus lub jego pochodna; sposób uwalniania leku - bez polimeru lub z polimerem (opisać); system monorail rapid exchange (RX); podać zaoferowaną długość roboczą w cm	
2. wymagane średnice (mm) co najmniej: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; wymienić zaoferowane średnice	
3. wymagane długości (mm): mieszczące się w przedziale od 6 do 40 mm (dla średnicy 3,0 wymagane co najmniej 5 wymiarów) - podać zaoferowane długości dla średnicy 3,0 mm	
4. system odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014 cala	
5. ciśnienie nominalne dla średnicy 3,0 mm równe lub poniżej 13 bar (podać wartość)	
6. ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 mm równe lub powyżej 16 bar (podać wartość) z przyrostem średnicy przy RBP poniżej 0,45 mm (podać wartość przyrostu średnicy wewnętrznej)	
7. dołączyć kopię oryginalnej tabeli podatności dla wszystkich zaoferowanych rozmiarów stentów (compliance chart)	
8. podać wartość profilu przejścia dla średnicy 3,0 mm w calach	
9. podać grubość strut dla średnicy 3,0 mm (w mikrometrach)	
10. podać nazwę przynajmniej jednego randomizowanego badania klinicznego z przynajmniej 6-miesięcznym okresem obserwacji oraz podać wartości pierwszorzędowego punktu końcowego (TLR lub TVR w %) oraz "in stent late lumen loss" w mm	
11. podać informacje o obecności dodatkowych markerów wbudowanych na brzegach stentu ułatwiających pozycjonowanie w trakcie implantacji	
12. Podać informację o dopuszczeniu do stosowania w ostrych zespołach wieńcowych oraz o możliwości skrócenia podwójnej terapii przeciwplatekowej poniżej 6 miesięcy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty