

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
miernika bilirubiny u noworodka**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Miernik bilirubiny u noworodka fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2015r 1 szt.	TAK	
2.	Miernik wykonuje pomiar przez skórę w sposób nieważny za pomocą wielorazowego czujnika (nie wymaga do wykonania pomiaru żadnych akcesoriów jednorazowych).	TAK	
3.	Zakres pomiaru minimum od 0 do 20 mg/dl (od 0 do 340 μmol/l)	TAK	
4.	Dokładność minimum +/-1,5mg/dl	TAK	
5.	Wiek ciążowy noworodka od minimum 27 tygodnia	TAK	
6.	Wiek poporodowy w zakresie minimum od 0 do 20 dni	TAK	
7.	Zakres masy ciała pacjenta minimum od 950 g do 4900 g.	TAK	
8.	Zasilanie akumulatorowe, minimum 80 pomiarów z całkowicie naładowanym akumulatorem.	TAK	
9.	Ładowarka zewnętrzna zasilanie 230V AC kompatybilna z oferowanym bilirubinomierzem.	TAK	
POZOSTAŁE WYMAGANIA			
10.	Dostarczone urządzenie ma być kompletne i po uruchomieniu gotowe do wykonania pomiaru bilirubiny u noworodka.	TAK	
11.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczonego urządzenia wraz z dostawą.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

12.	Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
13.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego urządzenia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
14.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
15.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na dostarczone urządzenie od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
16.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty