

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
materacka wodnego "Ciepłe gniazdko" 2 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2015) – 2 sztuki.	TAK	
2.	Płyta grzewcza, panel sterujący, materacyk wodny oraz gniazdko stanowią rozłączne elementy zestawu.	TAK	
3.	Główne zasilanie panelu sterującego 100-240VAC 50/60Hz, lub 12-24V DC	TAK	
4.	Możliwość zasilania panelu sterującego z akumulatora (kabel do zasilania z akumulatora w zestawie)	TAK	
5.	Możliwość ustawiania temperatury w zakresie 35°C-38°C(podziałka nie większa niż 0,1°C), oraz 25°C-35°C(podziałka nie większa niż 0,5°C).	TAK	
6.	Rozdzielczość wyświetlacza 0,1°C	TAK	
7.	Zintegrowane z płytą grzewczą czujniki monitorujące non stop system i temperaturę.	TAK	
8.	Alarm akustyczny panelu sterowania (maksymalny poziom hałasu na poziomie 55dB) z możliwością obniżenia.	TAK	
9.	Alarm wskazujący wysoką temperaturę wody przy osiągnięciu 39,5±0,5°C	TAK	
10.	Przeznaczenie do pracy w trybie ciągłym.	TAK	
11.	Wodoszczelność panelu sterującego.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

12.	Gabaryty gniazdka (nie mniejsze niż 650x450x50mm).	TAK	
13.	Gniazdko (pokrowiec plus kołnierz) - 2 komplety z wysokiej jakości materiałów dające się prac w temperaturze min. 60°C.	TAK	
14.	Wymiar materacyka pasujący do wymiaru gniazdka.	TAK	
15.	Materacyk wykonany z medycznego PCV	TAK	
16.	W zestawie preparat zapobiegający narastaniu glonów w wodzie materacyka.	TAK	
17.	Zacisk do statywu umożliwiający umieszczenie panelu sterującego na statywie pionowym lub poziomym.	TAK	
18.	Zdolność grzewcza (przyrost temperatury co najmniej 4-6°C na godzinę) w temperaturze pokojowej, przy wypełnieniu 4,5l wody.	TAK	
POZOSTAŁE WYMAGANIA			
19.	Wszystkie dostarczone elementy zestawu mają być kompatybilne ze sobą oraz gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.	TAK	
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczonego zestawu wraz z dostawą.	TAK	
21.	Dostawa zestawu w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
22.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego zestawu oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
23.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego zestawu w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego zestawu lub w terminie poprzedzającym	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

	odbior wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.		
24.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na dostarczony zestaw od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego zestawu, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego zestawu na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym	Warunek min.0 pkt Maksymalna wartość 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
25.	W okresie gwarancji dowóz zestawu do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty