



Znak: AE/ZP-27-18/16

Tarnów, 2016-02- 09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy żyłek do mikrotomu, ostrzy do wykrawania materiału, uchwytów do żyłek i ostrzy, atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji 1.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 żyłek mikrotomowych z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców?
2. **Dotyczy pozycji 2.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 żyłek mikrotomowych z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców?
3. **Dotyczy pozycji 3.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu żyłek mikrotomowych z poz.: 1, 2, 3.
4. **Dotyczy pozycji 7.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia w opakowaniach o pojemności 56 ml.
5. **Dotyczy pozycji 4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 ostrzy wykonanych ze stali nierdzewnych.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **pozycji 1** żyłek mikrotomowych z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **pozycji 2** żyłek mikrotomowych z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żyłek mikrotomowych z **pozycji:: 1, 2, 3** do osobnego pakietu

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji 7** atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia w opakowaniach o pojemności 56 ml., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **pozycji 4** ostrzy wykonanych ze stali nierdzewnych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a