

FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby opakowań przez cenę jednostkową netto opakowania, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto opakowania należy obliczyć jako cenę jednostkową netto opakowania powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapotrzebowania	Ilość na okres 6 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa Handlowa/ nr katalogowy	Producent
	Żyłki do mikrotomu, ostrza do wykrawania materiału, uchwyty do noży i ostrzy, atrament do oznaczania chirurgicznych linii cięcia											
1.	Żyłki mikrotomowe do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie; długość - 80 mm, grubość 0.25 mm, wysokość - 8 mm, kąt ostrza 35 ⁰ ; wykonane z stali nierdzewnej o niskim stopniu kompresji (ostrza o podwyższonej twardości); z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców. Kompatyblne z uchwytami z pozycji 5. Równoważne z żyłkami model N35 firmy FEATHER	sztuka	1 000									
2.	Żyłki mikrotomowe do skrawania rutynowego miękkiego materiału oraz biopsji; długość - 80 mm, grubość 0.25 mm, wysokość - 8 mm, kąt ostrza 35 ⁰ ; wykonane ze stali nierdzewnej; z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców. Kompatyblne z uchwytami z pozycji 5. Równoważne z żyłkami model S35 firmy FEATHER	sztuka	500									
3.	Żyłki mikrotomowe przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - kriostat; długość - 80 mm, grubość 0.25 mm, wysokość - 8 mm, kąt żyłki 35 ⁰ , wykonane ze stali węglowej. Równoważne z żyłkami model C35 firmy FEATHER	sztuka	20									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapotrzebowania	Ilość na okres 6 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa Handlowa/ nr katalogowy	Producent
4.	Ostrza do wykrawania materiału, długość ostrzy 130 mm, szerokość 18 mm, wykonane ze stali węglowej. Kompatybilne z uchwytem z pozycji 6. Równoważne z ostrzami 130 firmy FEATHER	sztuka	50									
5.	Uchwyty do wykorzystania żyłek mikrotomowych przy wykrawaniu materiału tkankowego, długość uchwytu 217 mm $\pm 2\%$, długość rękojmi 125 mm $\pm 2\%$; wykonany z odpornego na wysokie temperatury plastiku, autoklawowalny w całości. Kompatybilny z żyłkami z pozycji 1 - 2. Równoważny z uchwytem F 80 firmy FEATHER	sztuka	2									
6.	Uchwyty do ostrzy o długości 130 mm do wykrawania materiału tkankowego, do przykrawania materiału tkankowego; długość uchwytu 260 mm $\pm 2\%$, długość rękojmi 125 mm $\pm 2\%$; wyposażony w śrubę mocującą ostrze. Uchwyt wykonany z odpornego na wysokie temperatury plastiku, w całości autoklawowalny. Kompatybilny z ostrzami z pozycji 4. Równoważny z uchwytem o symbolu F 130 firmy FEATHER	sztuka	1									
7.	Atrament do oznaczania chirurgicznych linii cięcia, kolor zielony, pojemność 60 ml, odpowiedni do tkanki świeżej i utrwalonej, zapewniający trwałe oznaczenie	sztuka	1									
						Razem						

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty