




Znak: AE/ZP-27-20/16

Tarnów, 2016-02- 10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 42.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie Pakietu Nr 42 na dwa odrębne zadania??
2. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 42 w zadaniu 1 zestaw o takich samych parametrach i przeznaczeniu medycznym natomiast braku skalpela i strzykawki w zestawie. Pozostałe parametry bez zmian.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 42 w zadaniu 2 zestaw o takich samych parametrach i przeznaczeniu medycznym natomiast w rozmiarze 14,5F, braku skalpela i strzykawki w zestawie. Pozostałe parametry bez zmian.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 2.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 42 w zadaniu 2 dopuści produkt pakowany po 5 szt. w zestawie.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 2.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie Nr 42 poz. 2 zestawów z cewnikami permanentnymi o średnicy zewnętrznej 15,5F - pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za produkt równoważny zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, zakładany metodą Seldingera, cewnik o rozmiarze 15,5FR gwarantujący przepływ do 500 ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą poliestrową, długości cewnika do mufy 19, 23, 27 cm – do wyboru przez Zamawiającego. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzielany typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne?



W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności.

7. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 2.** W przypadku pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie Nr 6 w poz. 3 kraniki z przedłużaczem o długości 10 cm.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 znany mu cewnik 12Fr o długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, reszta zgodnie z SIWZ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik 14 FR reszta zgodna z SIWZ?

11. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie cewnik 15 FR reszta zgodna z SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie **Pakietu Nr 42** na dwa odrębne zadania.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 1** zestawu o takich samych parametrach i przeznaczeniu medycznym jak opisany w Załączniku Nr 1 do SIWZ, ale bez skalpela i strzykawki w zestawie.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 2** zestawu o takich samych parametrach i przeznaczeniu medycznym jak opisany w Załączniku Nr 1 do SIWZ, ale w rozmiarze 14,5F oraz bez skalpela i strzykawki w zestawie.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 2** produktu pakowanego po 5 szt. w zestawie.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 2** zestawów z cewnikami permanentnymi o średnicy zewnętrznej 15,5F, pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 2** opisanego w pytaniu zestawu z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie **Pakietu Nr 42 poz. 2** do osobnego pakietu.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** kraników z przedłużaczem o długości 10 cm, pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 1** znany Zamawiającemu cewnik 12Fr o długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, pod warunkiem zaoferowania również cewnika o długości 24-30 cm.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 2** cewnika 14 FR.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 2** cewnika 15 FR, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

